



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20227834

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 02/12/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BILIER METAL STENT	20,00	ADET
2	GASTROSTOMİ REPLACEMENT TUP	15,00	ADET
3	OZOFAGUS DILATASYON BALONU	10,00	ADET
4	SCOPE BALON	35,00	ADET
5	KOLONOSKOPI BIOPSI FORSEPSİ 2.4MM	5,00	ADET

TEKLİF NO : 20227834
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE UBB KODU BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

233.0014.000	BILIER METAL STENT	ADET	20
209.0012.000	GASTROSTOMI REPLACEMENT TUP	ADET	15
194.0029.000	OZOFAGUS DILATASYON BALONU	ADET	10
194.0042.000	SCOPE BALON	ADET	35
209.0058.000	KOLONOSKOPI BIOPSI FORSEPSİ 2.4MM	ADET	5

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10391) BILIER METAL STENT

Açıklama : BILIER METAL STENT

1. Transhepatik kullanım için self expanding özellikte olmalıdır.
2. Yer değiştirebilir özellikte olmalıdır.Paslanmaz çelik türün üzerinde siyah bir marker bulunmalı bu sayede stentin tekrar kapanarak yer değiştirebilme özelliği bulunmalıdır.
3. Materyali metal, cobald alaşımlı olmalı ve örgülü yapıda olmalıdır.
4. Yüksek radial force'a sahip olmalıdır.
5. Delivery sistemi iki co-axial olarak ayarlanmış şafta sahip olmalıdır.İç şaftı proxinasıde paslanmaz çelik, distalde termoplast olmalıdır.
6. 7F olmalı ve 0,035 inch ve 0,038 inch guide wire üzerinden taşınabilir özellikte olmalıdır.
7. Üzerinde 3 adet x-ray marker (distal, middle ve proximal) bulunmalıdır.
8. Radyo opak tipe sahip olmalıdır.
9. Toplam uzunluğu 90 cm, kullanılabir enstrüman uzunluğu 60 cm olmalıdır.
10. 8 mm çapta ve 50-70 mm uzunluğunda, 10 mm çapta ve 50-70-90 mm uzunluğunda olmalıdır.
11. Disposable ve kullanıma hazır steril ambalajda olmalıdır.
12. 2 yıl miadlı olmalıdır.
13. Ürünün gerekli durumlarda idarenin istediği değişik ebat ve boyutlarıyla değiştirilebilir olması gerekmektedir.

(10389) KOLONOSKOPI BIOPSI FORSEPSİ 2.4MM

Açıklama : KOLONOSKOPI BIOPSI FORSEPSİ 2.4MM

1. Ürün 2400 mm uzunlukta olmalıdır.
2. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün 2,4 mm dış çapa sahip olmalıdır.

4. Ürün iğnesiz olmalıdır.
5. GENEL ÖZELLİKLER
 - 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

(4790) OZOFAGUS DILATASYON BALONU

Açıklama : OZOFAGUS DILATASYON BALONU

1. Balon uzunluğu 5 veya 8cm aralığında olmalıdır.
2. Balon 18mm ye kadar genişleyebilmelidir.
3. 2.8 mmlik çalışma kanalından geçebilmelidir.
4. Kateterin içinden klavuz tel geçebilmelidir.
5. Kateter uzunluğu 180 cm olmalıdır.
6. 3 aşamada şişirilebilmeli ve her aşamada aynı yüzey sertliğiyle değişik çaplarda dilatasyon sağlayabilmelidir.
7. Balon diameter (10-11-12), (12-15-18), (15-16,5-18), (18-19-20) mm ölçülerinde olmalıdır.
8. GENEL ÖZELLİKLER
 - 8.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 8.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 8.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 8.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nin ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 8.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 8.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

(3521) SCOPE BALON

Açıklama : SCOPE BALON

1. Double balon entereskopi cihazı ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Her balon ile birlikte Double balon yapılırken balonun hasta içerisinde düşmemesi için uç taraflarına takılacak plastik aparatlar ile birlikte verilmelidir.
3. Balon her hasta sonrası değişecek yapıda olmalıdır.
4. GENEL ÖZELLİKLER
 - 4.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 4.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 4.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 4.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 4.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 4.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

(3514) GASTROSTOMI REPLACEMENT TUP

Açıklama : GASTROSTOMI REPLACEMENT TUP

1. 12 F ile 20 F arası ölçüleri olmalıdır.
2. Steril olmalıdır.
3. Mide içerisinde kalan ucunda su ile şişirilip tüpün mideye tutunmasını sağlayan balon olmalıdır.
4. Silikondan yapılmış olmalıdır.
5. GENEL ÖZELLİKLER
 - 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.