



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20228134

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 12/12/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GIZLI KAN TESTİ (MANUEL)	1.625,00 TEST
---	--------------------------	---------------

TEKLİF NO : 20228134
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

146.0057.000	GIZLI KAN TESTİ (MANUEL)	TEST	1625
--------------	--------------------------	------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER


2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER


Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

GAİTADA GİZLİ KAN TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu teknik şartname ile teklif veren firmalardan gaitada gizli kan testi analizine yönelik kit ve solüsyon istenmektedir
2. Ölçüm kiti kaset olmalıdır ve sonuçlara dışkı örneğinde bakılmalıdır.
3. Kaset testler insan hemoglobinine duyarlı olmalıdır, gıdalarla alınabilecek hayvan menşeli Hb ler ile reaksiyona girmemeli ve bu şekilde yalancı pozitif sonuçlara yol açmamalıdır
4. Kit immunokromatografik prensiple çalışmalıdır.
5. Kaset ile birlikde örnek toplama tüpü verilmelidir. Ekstraksiyon solüsyonu tüp içinde hazır olmalıdır.
6. Hemoglobine duyarlılığı 20 ng/ml ye kadar olmalıdır.
7. Ambalajlar üzerinde üretici firma adı, test adedi, son kullanma tarihi, lot numarası olmalıdır.
8. Kitler teslim alma tarihinden itibaren en az 6 ay miyadlı olacaktır. Miyadı yaklaşan ürünler son kullanma tarihine en az 2 ay kala firmaya haber verilmek kaydıyla değiştirilecektir.
9. Kitlerin doğru çalıştığını gösteren internal kontrol kit içinde yer almalıdır.
10. Rutin çalışmalar esnasında kitlerle ilgili problem yaşanması durumunda yeni lot numaralı sorunsuz çalışan kitlerle değişim sağlanacaktır.
11. Kurumun talebi doğrultusunda firmalar teklif ettikleri kit için 'açılmamış orijinal ambalajında 1 (bir) kutu kiti pozitif kontrol serumu ile birlikde teklif verme esnasında ihale komisyonuna deneme amaçlı sunacaklardır.


Prof. Dr. Sezer Uysal


Prof. Dr. Emel Altekin