



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202317

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/01/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ASETON YERLİ (0.5 LT'LIK)	200,00	ADET
2	ABESLANG (DİL BASACAGI)	40.000,00	ADET
3	OMNI PREP CİLT TEMİZLEME PREPARATI	20,00	ADET
4	ENJEKTOR UCU INSULIN STERİL (NO 26)	20.000,00	ADET
5	CATAL IGNE	10.000,00	ADET
6	PUDRASIZ CERRAHI MUAYNE ELDIVENİ	200.000,00	ADET
7	VAZELİN KATI KG.	200,00	KİLOGRAM
8	SEROLOJİK PİPET 25 ML STERİL	100,00	ADET
9	DOKU GOMME MADDESİ (120LİK)	15,00	ADET
10	0.5 ML PCRTUPU İNCE DUVAR KAP.	1.500,00	ADET

TEKLİF NO : 202317
NOT : ODEME 180 GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202317

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/01/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	EPPENDORF TUP 0.2 ML PCR	2.000,00	ADET
12	LAMEL 24X24 MM	3.000,00	ADET
13	LANSET	25.000,00	ADET
14	PIPET UCU OTOMATİK MAVİ	5.000,00	ADET
15	PIPET UCU OTOMATİK SARI (DUZ)	10.000,00	ADET
16	TUP FİLTİRELİ FLAKS (25 CM2)	400,00	ADET
17	SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHİSİ)	1.000,00	ADET
18	LAM TASIMA KABI	200,00	ADET
19	IDRAR TOPLAMA KABI (24 SAATLIK)	300,00	ADET
20	STERİL ULTRASOUND PROB KILIFI	800,00	ADET

TEKLİF NO : 202317
NOT : ODEME 180 GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202317

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 05/01/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	CAM 16X100 VIDALI KAPAKLI TUP (GENİS AGIZLI)	800,00	ADET
22	KSILOL	500,00	LİTRE
23	SEFFAF KİLİTLİ POSET(30X50 CM)	1.500,00	ADET
24	KAPAKLI PLASTİK KASE	15.000,00	ADET
25	ST. KONİK TAB. TUP 50 ML (0,5CC OLCEKLI) (MIKOBAKTERİ LAB.)	1.200,00	ADET

TEKLİF NO : 202317
NOT : ODEME 180 GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

3/14

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

303.0002.000	ASETON YERLİ (0.5 LT'LIK)	ADET	200
302.0008.000	ABESLANG (DİL BASACAGI)	ADET	40000
301.0004.000	OMNI PREP CILT TEMİZLEME PREPARATI	ADET	20
300.0010.000	ENJEKTOR UCU INSULIN STERİL (NO 26)	ADET	20000
298.0018.000	CATAL IGNE	ADET	10000
298.0060.000	PUDRASIZ CERRAHI MUAYNE ELDIVENİ	ADET	200000
298.0070.000	VAZELİN KATI KG.	KİLOGRAM	200
293.0044.000	SEROLOJİK PİPET 25 ML STERİL	ADET	100
293.0054.000	DOKU GOMME MADDESİ (120LİK)	ADET	15
293.0061.000	0.5 ML PCRTUPU İNCE DUVAR KAP.	ADET	1500
293.0064.000	EPPENDORF TUP 0.2 ML PCR	ADET	2000
293.0101.000	LAMEL 24X24 MM	ADET	3000
293.0102.000	LANSET	ADET	25000
293.0116.000	PIPET UCU OTOMATİK MAVİ	ADET	5000
293.0128.000	PIPET UCU OTOMATİK SARI (DUZ)	ADET	10000
306.0011.000	TUP FİLTİRELİ FLAKS (25 CM2)	ADET	400
306.0018.000	SURAHİ MİKA (İDRAR TOPLAMA SURAHİSİ)	ADET	1000
306.0019.000	LAM TASİMA KABI	ADET	200
306.0068.000	İDRAR TOPLAMA KABI (24 SAATLİK)	ADET	300
295.0015.000	STERİL ULTRASOUND PROB KİLİFİ	ADET	800
293.0280.000	CAM 16X100 VİDALI KAPAKLI TUP (GENİS AĞIZLI)	ADET	800
303.0053.000	KSİLOL	LİTRE	500
298.0499.000	SEFFAF KİLİTLİ POSET(30X50 CM)	ADET	1500
305.0074.000	KAPAKLI PLASTİK KASE	ADET	15000
293.0342.000	ST. KONİK TAB. TUP 50 ML (0,5CC OLCEKLİ) (MİKOBAKTERİ LAB.)	ADET	1200

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5448) VAZELİN KATI KG.

Açıklama : VAZELİN KATI KG.

1. Aşağıda belirtilen katalog numaralarına tekâmül eden özellikler söz konusu malzemelerin teknik şartnamelerinin aslını teşkil etmektedir.
 - 1.1. 303.0002.000 kod numaralı Aseton için SİGMA 179124 veya muadili olmalıdır.
 - 1.2. 303.0020.000 kod numaralı Hidrojen Peroksit için SİGMA 216763 veya muadili olmalıdır.
 - 1.3. 298.0070.000 kod numaralı Vazelin Katı (KG) için SİGMA 330779 veya muadili olmalıdır.
2. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.
3. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(6590) DOKU GOMME MADDESİ (120LİK)

Açıklama : DOKU GOMME MADDESİ (120LİK)

1. -15 ile -35 derecede donma özelliğinde olmalıdır.
2. Oda sıcaklığında akışkan ve şeffaf, donma hızı yüksek, donarken kristalize olmamalı ve dokuyla beraber donarken dokuya uyum göstermelidir.
3. Dokuya zarar verecek kimyasal madde içermemelidir.
4. İçinde yabancı madde içermemeli ve donma işlemi tamamlandıktan sonra kesit alınırken bıçağın kesit alma özelliğini bozmayacak yapıda olmalıdır.
5. CE, TSE belgesine sahip olmalıdır.
6. Ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi için laboratuara numune ürün bırakılmalıdır.
7. Ürün etiketinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
8. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.
9. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.

(4571) EPPENDORF TUP 0.2 ML PCR

Açıklama : EPPENDORF TUP 0.2 ML PCR

1. Tüpler ultra şeffaf, saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.
2. Tüpler 121 °C de 20 dakika otoklavlanabilmelidir.
3. Tüpler DNAaz, RNAaz serbest olmalıdır.
4. Kapakları tam sızdırmaz olmalı, kolay kavranabilmeli, kolaylıkla kapanabilmeli ve kapak üstleri düz ve konik tabanlı olmalıdır.
5. Tüpler 25.000g satrfüje dayanıklı olmalıdır.
6. Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır
7. Tüpler -90 °C ile +121 °C arasında kullanılabilirdir.

8. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
9. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
10. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numuneolarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.
11. Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarından uygunluk alınmalıdır.

(5478) STERIL ULTRASOUND PROB KILIFI

Açıklama : STERIL ULTRASOUND PROB KILIFI

1. Satın alınacak kılıf ultrason problemlerinin steril olarak kullanılmasına olanak vermek amacıyla kullanılacaktır.
2. Ürün latex içermemelidir.
3. Ürün antistatik özellikte olmalıdır.
4. Ürün steril edilmiş ve paketlenmiş olarak teslim edilecektir.
5. Paket üzerinde üretim ve son kullanım tarihleri bulunacaktır.
6. Ürün CE standardını taşımalıdır.
7. Ürün genişliği 12 cm, uzunluğu 100 cm den kısa olmamalıdır.
8. Teklif edilen ürün kliniğimizde denenecek, denenler arasında uygun olanlar ihale kapsamına alınacaktır.
9. Teklifte birlikte kabul muayenesi ve sonraki uyumsuzluklarda referans olarak kullanılacak bir ürün numunesi de teslim edilecektir.

(4293) LAM TASIMA KABI

Açıklama : LAM TASIMA KABI

1. Polipropilenden üretilmiş, şeffaf olmalı, içindeki lamların kolay görünmesine olanak sağlamalı, kapakları sıkı kapanmalıdır.
2. Yatık iki bölmeli ve dört adet lam sığabilecek dizaynda olmalıdır..
3. Ürün ambalajı (kutu/poşet) olmalıdır.
4. Ürün ambalajı üzerinde barkod basılmış olmalıdır.
5. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için numune temin etmelidir.

(5448) ASETON YERLİ (0.5 LT'LIK)

Açıklama : ASETON YERLİ (0.5 LT'LIK)

1. Aşağıda belirtilen katalog numaralarına tekâmül eden özellikler söz konusu malzemelerin teknik şartnamelerinin aslını teşkil etmektedir.
 - 1.1. 303.0002.000 kod numaralı Aseton için SİGMA 179124 veya muadili olmalıdır.

- 1.2. 303.0020.000 kod numaralı Hidrojen Peroksit için SİGMA 216763 veya muadili olmalıdır.
- 1.3. 298.0070.000 kod numaralı Vazelin Katı (KG) için SİGMA 330779 veya muadili olmalıdır.
2. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.
3. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(7384) IDRAR TOPLAMA KABI (24 SAATLİK)

Açıklama : IDRAR TOPLAMA KABI (24 SAATLİK)

1. İdrar toplama kabı plastik ve kapaklı olmalı, kapak sızdırmamalı ve vidalı olmalıdır.
2. İdrar toplama kabı 2.5 - 3 litre olmalıdır.
3. İdrar toplama kabı delik, yırtık, bütünlüğü bozuk olmamalıdır.
4. İdrar toplama kabının üstte bulunan kapak dışında örnek almaya yarayan, yanda sızdırmaz kapaklı bir çıkışı olmalıdır.
5. 500 ml'den başlayıp 2500 - 3000 ml'ye kadar ölçer derecesi bulunmalıdır. Ölçüm miktarı doğru ölçeklendirilmelidir.
6. Delik, kapakları bozuk olan idrar toplama kaplarını firma değiştirecektir.
7. Üretici firma CE,ISO,TSE belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. İdrar toplama kabı delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
11. Ürünün içindeki idrar miktarını gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.
12. Ürünün üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır.
13. Firma miadının dolmasına 6 ay kalmış ürünleri ileri miad tarihli ürünlerle değiştirmelidir.

(5675) OMNI PREP CILT TEMİZLEME PREPARATI

Açıklama : OMNI PREP CILT TEMİZLEME PREPARATI

1. Cilt temizleme özelliği yüksek olmalıdır.
2. Cildi hafifçe aşındırma özelliği olmalıdır.
3. Uygulamadan sonra kolaylıkla temizlenebilmelidir.
4. İçeriğinde:
 - 4.1. Su

- 4.2. Alüminyum Oksit
- 4.3. 1,2 Propanediol
- 4.4. Sodyum Poliakrilat
- 4.5. Metilparaben
- 4.6. Propilparaben
- 4.7. FD&C Blue 1
- 4.8. FD&C Red 40
- 4.9. FD&C Yellow 5 bulunmalıdır.
5. Üretim tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.
6. Tüpler halinde olmalıdır. (114 Gr. / 4 Oz)
7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
8. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(5461) PIPET UCU OTOMATİK SARI (DUZ)

Açıklama : PIPET UCU OTOMATİK SARI (DUZ)

1. Polipropilenden üretilmelidir.
2. Merkez laboratuvarıda mevcut mikropipetlerle uyumlu olmalı, pipete giren ağız kısımları pipete tam ve sızdırmaz uyumlu olmalıdır.
3. Ürünlerin standart üretildiği CE yada ISO ile belgelendirilmelidir.
4. Kimyasallara, dış etkenlere ve termal etkenlere dayanıklı olmalı, iç yüzey sıvı yapışmasını engellemek amaçlı kaygan olmalıdır.
5. Pipet ucu çıkış deliği standart olmalı, istikrarlı ve tekrarlanabilen sıvı aktarımını garanti etmelidir.
6. Kalibrasyon birimince denenmesi yapıldıktan sonra onay verilecektir.
7. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
8. Üretici firma laboratuvarıda denemek ve şahit numune olarak saklamak için 100 adet numune temin etmelidir.
9. Merkez laboratuvarı yönetiminden uygunluk alınmalıdır.

(5463) TUP FİLTRELİ FLAKS (25 CM2)

Açıklama : TUP FİLTRELİ FLAKS (25 CM2)

1. Doku kültürü için alanı 25 cm² olmalıdır.
2. Toplam volümü 50 ml'lik olmalıdır.

3. Filtreli vidalı kapaklı ve steril olmalıdır.
4. Filtre membran delikleri 0,2 mikron ve hydrophobic olmalıdır.
5. Ürün non-pyrogenic, human DNA free, DNase and RNase free ve non-cytotoxic olmalıdır.
6. Ürün polystrene malzemeden yapılmış olmalıdır.
7. Amnion hücre kültürüne uygun tabana sahip olmalıdır.
8. Karbondioksitli etüvlerde CO₂'yi emici ve ortamın kurumasını önleyici özellikte olmalıdır.
9. İki tarafı da derecelendirilmiş ve yazmaya uygun olmalıdır.
10. Boyun kısmı eğimli olmalıdır.
11. 10'lu adet olarak, steril ambalaja sahip olmalıdır.
12. Son kullanma tarihi, ürün teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
13. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(194) **LANSET**

Açıklama : LANSET

1. Lanset paslanmaz ve kaliteli çelikten yapılmış olmalıdır.
2. Lanset ucu keskin, çapaksız ve tırtıksız olmalıdır.
3. Her ürün tek tek steril ambalajda olmalıdır. Ambalajı yırtılmış ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.
4. Lanset ambalajını açma kısmı, lansetin arkası olmalı, yaralamaya sebep olmamalıdır.
5. 200 adetlik paketlerde ambalajlanmış olmalıdır. Paket üzerinde barkot bulunmalıdır.
6. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 kutu numune bırakılmalıdır.
7. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. CE belgesi olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
10. Lansetin keskin ucunun uzunluğu 3 mm geçmemelidir.
11. Kullanım sırasında eğilme, bükülme olmamalıdır.
12. Ürünün imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
13. Firma miadının dolmasına 6 ay kalmış ürünleri ileri miad tarihli ürünlerle değiştirmelidir.

(6421) SEROLOJİK PIPET 25 ML STERİL

Açıklama : SEROLOJİK PIPET 25 ML STERİL

1. Tek tek steril edilmiş ve paketlenmiş olmalıdır.
2. Pipetin malzemesi polystrene olmalıdır.
3. Pipetler tıpalı olmalıdır.
4. Steril ve şeffaf paketlerde içindeki pipetlerin renkli kodları ile kolayca ayırt edilebilir olmalıdır
5. Pipet 25 ml taşıma hacmine sahip olmalıdır.
6. Pipetler üzerinde rahatlıkla okunabilir skala olmalıdır
7. Non-projenik ve non-toksik sertifikalı olmalıdır.
8. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde barkod basılmış olmalıdır.
10. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.
11. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(7536) KSILOL

Açıklama : KSILOL

1. Ksilol, en çok 5 lt'lik plastik veya cam şişelerde olmalıdır.
2. Şişe üstünde CE Belgesi, lot no ayrıntılı olarak bulunmalıdır.
3. İlgili kimyasalın laboratuvarda kullanımı sırasında sonuç vermemesi, çalışmaması durumunda satıcı firmaya koşulsuz iade edilecektir. İlgili rapor bir teknisyen ve bir öğretim görevlisi tarafından düzenlenecektir.
4. Kimyasal taşıma kurallarına uygun olarak laboratuvara teslim edilmelidir.
5. Malzeme teslimi firma yetkilisi tarafından elden imza karşılığı laboratuvar görevlisine yapılacaktır.
6. Malzeme teslim alınmadan önce laboratuvarda denenmelidir.
7. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir

(4531) LAMEL 24X24 MM

Açıklama : LAMEL 24X24 MM

1. Optik özellikli ve renksiz (su beyazı) camdan üretilmeli, tozdan kirden ve nemden arındırılmış olmalıdır
2. Esneme kapasitesi yüksek olmalı (yaklaşık 0,13 - 0,17 mm kalınlıkta) ve kolay kırılmayan özellikte olmalıdır.
3. 100 adetlik paketlerde olmalıdır.
4. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
5. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.

6. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.
7. İstenilen lameller çalışmalar süresinde kullanıcı tarafından kullanıma uygun bulunmaz ise istenilen özellikte (şartnameye uygun) başka bir lamelle ücretsiz olarak değiştirilmeli ve bunun taahhüdü yüklenici firma tarafından malzeme tesliminde verilmelidir.

(184) SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHISI)

Açıklama : SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHISI)

1. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. İçindeki idrarı gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.
3. 100 cc den başlayıp 2000 cc ye kadar ölçer derecesi bulunmalıdır. Derecelendirmesi doğru ve okunaklı olmalıdır.
4. Dökülmeyi önleyici koruyucu kapağı bulunmalıdır.
5. Tutmayı kolaylaştırıcı sapı bulunmalıdır.
6. Her biri tek tek ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde barkot bulunmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastahanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. CE Belgesi olmalıdır.
11. Delik ya da çatlak ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.

(7651) ENJEKTOR UCU INSULIN STERİL (NO 26)

Açıklama : ENJEKTOR UCU INSULIN STERİL (NO 26)

1. İğnelerin enjektöre takılacak kısmı polipropilenden, metal kısmı kron-nikel karışımı veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. İğnelerde çapak, pürüz görülmeyecek uçları dokuya zarar vermeyecek keskinlikte olmalıdır.
3. Enjektör uçları steril tek tek poşetlerde ambalajlanmış olmalıdır.
4. İğne uçları her model enjektöre uyumlu olmalıdır.
5. Enjektöre takıldığında hava kaçağı yapmayacak şekilde monte edilebilmelidir.
6. Her iğne ucu ambalajının üzerinde tipi, iğne numarası, uzunluğu, kesiti, iç ve dış çapı, rengi, sterilizasyon metodu, aktivite süresi, ticari markası, referans ve lot numarası yazılı olmalıdır.
7. Enjektör ucunun koruyucu plastik kapağı delikli olmamalıdır.
8. Kutu veya enjektör ucu paketinin en az birinin üzerinde barkot bulunmalıdır.
9. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle her bir numaradan 20 adet numune bırakılmalıdır.

10. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
12. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
13. CE belgesi olmalıdır.
14. İğne ambalajı steril tekniğe uygun olarak açılabilir özellikte olmalıdır.

(4575) PIPET UCU OTOMATİK MAVİ

Açıklama : PIPET UCU OTOMATİK MAVİ

1. Polipropilenden üretilmelidir.
2. Merkez Laboratuvarında mevcut mikropipetlerle uyumlu olmalı, pipete giren ağız kısımları pipete tam ve sızdırmaz uyumlu olmalıdır.
3. Ürünlerin standart üretildiği CE yada ISO ile belgelendirilmelidir.
4. Kimyasallara, dış etkenlere ve termal etkenlere dayanıklı olmalı, iç yüzey sıvı yapışmasını engellemek amaçlı kaygan olmalıdır.
5. Pipet ucu çıkış deliği standart olmalı, istikrarlı ve tekrarlanabilen sıvı aktarımını garanti etmelidir.
6. Kalibrasyon birimince denenmesi yapıldıktan sonra onay verilecektir.
7. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
8. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 100 adet numune temin etmelidir.
9. Merkez Laboratuvarı yönetiminden uygunluk alınmalıdır.

(62) ABESLANG (DİL BASACAGI)

Açıklama : ABESLANG (DİL BASACAGI)

1. Fırınlanmış gürgen ağacından veya sert mikadan imal edilmiş olmalıdır.
2. Boyu 15 ile 16cm arasında olmalı, eni en az 2 cm olmalıdır.
3. Kalınlığı 2mm olmalı, tüm gövde bu kalınlıkta eşit olmalıdır.
4. Her iki ucu oval şekilde olmalıdır.
5. Tahtadan abeslangın yüzeyi tırtıksız ve her iki kenarı zımparalı olmalıdır.
6. Ürün içeriğinde çatlak, kırık ve çapak olmamalıdır.
7. 100'lük karton kutularda olup karton ambalajlarda teslim edilmelidir. Kutu üzerinde barkot bulunmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 kutu numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Kokusuz ve temiz olmalıdır.
11. Esnek olmamalı, dil üzerine konulup bastırıldığında kırılmamalıdır.

(10626) CATAL IGNE

Açıklama : CATAL IGNE

1. Çatal iğne boyu dıştan dışa 55 mm (± 2 mm) olmalıdır.
2. Çatal iğne tel çapı en az 1 mm ve tel gereci yaylanma özelliği olan, bükülmeyen, nikel kaplı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. 134°C otoklava dayanıklı, otoklav esnasında rengini ve özelliklerini kaybetmeyen, paslanmaya karşı dirençli yapıda olmalıdır.
4. Kutu içeriği yığıntı ve çökme olarak doldurulmamalıdır.
5. Çatal iğneler en az 100-200-300 ve 400 adetlik kutular içinde ve her biri 10 adetlik demetler halinde paketlenmiş olmalıdır.
6. Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, ürün standardı ve numarası, katalog numarası yazılı olmalıdır.
7. Üretici firma hastanemizde denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için 1 kutu orijinal (100 adet) numune temin etmelidir.
8. Numune olarak bırakılan ürünler için; şartnamede belirtilen teknik özellikler kontrol edilerek ve hastanemizin sterilizasyon ünitesinde denenerek uygunluk kararı verilecektir.

(4571) 0.5 ML PCRTUPU INCE DUVAR KAP.

Açıklama : 0.5 ML PCRTUPU INCE DUVAR KAP.

1. Tüpler ultra şeffaf, saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.
2. Tüpler 121 °C de 20 dakika otoklavlanabilmelidir.
3. Tüpler DNAaz, RNAaz serbest olmalıdır.
4. Kapakları tam sızdırmaz olmalı, kolay kavranabilmeli, kolaylıkla kapanabilmeli ve kapak üstleri düz ve konik tabanlı olmalıdır.
5. Tüpler 25.000g satrüşje dayanıklı olmalıdır.
6. Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır
7. Tüpler -90 °C ile +121 °C arasında kullanılabilmelidir.
8. Ürün ambalajlı (kutulu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
9. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
10. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numuneolarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.
11. Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarından uygunluk alınmalıdır.

(4973) PUDRASIZ CERRAHI MUAYNE ELDIVENİ

Açıklama : PUDRASIZ CERRAHI MUAYNE ELDIVENİ

1. Ten rengini andıran kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. TS EN 455-1, TS EN 455-2, TS EN 455-3 nolu standartlara uygun üretilmiş olmalıdır.
3. Non-steril olmalıdır.
4. Eldivenin içi pudrasız olmalıdır.
5. Eldivenin kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.
6. Tek hamlede giyip çıkarmada eldivenlerde yırtılma ve parçalanma olmamalıdır.
7. Eldiven içinde ve dışında imalat atığı kırıntı ve toz bulunmamalıdır.
8. Boyutları standartlara uygun olmalıdır.
9. Giyildiğinde her iki ele uyum göstermelidir.
10. Konçlar sıkı ve bilekten düşmeyecek özellikte olmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde eldiven boylarını (S-M-L) gösteren işaret ya da numara belirtilmiş olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, markası, adeti, son kullanım tarihi, lot numarası ve barkot bulunmalıdır.
13. 100'lük ambalajlarda uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.
14. Ürünler hastahanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle Small, Medium ve Large boyutlarda 3'er paket orjinal ürün numune olarak bırakılmalıdır.
15. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. CE belgesi bulunmalıdır.

(5710) CAM 16X100 VIDALI KAPAKLI TUP (GENİS AGIZLI)

Açıklama : CAM 16X100 VIDALI KAPAKLI TUP (GENİS AGIZLI)

1. Dayanıklı borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.
2. Vida kapakları tam sızdırmaz olmalıdır.
3. Tüpün vidalı başının içi min. 15 mm olmalıdır.
4. Kapaklı halde otoklavlanabilmelidir.
5. Bakteriden arındırılmış olmalı, aseptik koşullarda paketlenmelidir.
6. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
8. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.