



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202322

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 09/01/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PERMOCOL BIYOJİK MESH 10X15X1,5MM	1,00	ADET
---	-----------------------------------	------	------

TEKLİF NO : 202322
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE UBB KODU BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

224.0031.000	PERMOCOL BIYOJİK MESH 10X15X1,5MM	ADET	1
--------------	-----------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11347) PERMOCOL BIYOJİK MESH 10X15X1,5MM

Açıklama : PERMOCOL BIYOJİK MESH 10X15X1,5MM

1. Biyolojik meshin ebatı 10x15 cm olmalıdır.
2. Biyolojik mesh1mm- 1.5 mm kalınlığında olmalıdır.
3. Biyolojik mesh materyali porcine kolajen ve Hexamethylene Diisocyanate olmalıdır. Kolajen yapı, Hexamethylene Diisocyanate ile çapraz bağ (cross link - HMDI) özelliği taşımaktadır.
4. Kolajen yapı, özelliği gereği uzun süreli ve güçlü bir doku tamiri yapabilmelidir.
5. Mesh'in kolajen yapısındaki çapraz bağ (HMDI) özelliği, insan vücudu ve doku penetrasyonuna uyumlu olmalıdır.
6. Mesh'in implantasyonu sonrasındaki enflamatuar reaksiyon, doğal iyileşme süreci ile uyumlu olmalıdır.
7. Mesh, hastada enfeksiyon durumundaki implantasyonu enfeksiyonu tetiklememelidir.
8. Mesh implantasyonu sonrası enkapsülasyon ve yabancı madde reaksiyonu eğilimi göstermemelidir.
9. Mesh paketlemesinin üzerinde son kullanma tarihini, sterilizasyon yöntemini, ürün lot numarası belirtir bir etiket olmalıdır.
10. Mesh, 2°C - 42°C dereceleri arasında saklanmalıdır.Saklama koşulu, kutu ambalajı üzerindeki ısı göstergesi ile kontrol edilebilir olmalıdır.
11. Mesh steril çift vakumlu ambalajda, ambalaj ise bir kutuda olmalıdır.Ambalajın oksijen ve nem geçirgenliği olmamalıdır.
12. GENEL ÖZELLİKLER
 - 12.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 12.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 12.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 12.4. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 12.5. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.