



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20233

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 06/01/2023 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ANTIJENİ(ELISA)	384,00	TEST
---	---	--------	------

TEKLİF NO : 20233
NOT : ÇDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN
TEL :
E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0135.000	ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ANTIJENİ(ELISA)	TEST	384
--------------	---	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

ASPERGİLLUS GALAKTOMANNAN TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Aspergillus galaktomannan antijenini semikantitatif olarak insan serum ve bronkoalveolar lavaj örneklerinde Enzim Immunassay (EIA) yöntemi ile saptayabilen kit istenmektedir. Test kitleri çalışma için gerekli tüm reaktif ve kontrolleri içermelidir.
2. Demonstrasyon ve kullanıcı eğitimi verilmelidir. Teklif edilen kit ihale günü ve saatinden itibaren 7 gün (168 saat) içinde Merkez Laboratuvarının belirleyeceği koşullar çerçevesinde laboratuvar sorumluları tarafından denenecektir. Merkez Laboratuvarı tarafından daha önce kullanılmış ve/veya denenmiş kitlerden tekrar demonstrasyon istenmeyebilir. Demonstrasyonu yapılmayan kitler ile ilgili teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Bu şartname ile istenen kite verilen teklifler aşağıdaki bilgileri içermelidir:
 - a. Kitin ad, marka, ambalaj, üretici firma ve ülke, raf ömrü ve saklama derecesinin yer aldığı tablo
 - b. Kitin orijinal prospektüsünden birer adet
4. Kitler kapalı, orijinal ambalajında olmalıdır. Raf ömrü en az 4 ay olmalıdır. Raf ömrünü tamamlamasına iki ay kalan kitler önceden haber verilerek ilgili firma tarafından daha uzun olanlarla ücretsiz olarak değiştirilir.
5. Kullanım sırasında kite ilişkin bir sorun çıkması durumunda ilgili firma, tüm kitleri sağlıklı çalıştığı kanıtlanmış yeni lot numaralı kitler ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
6. Merkez Laboratuvar teklif verilen kitlerin transport, kötü koşullarda saklanma, kit içeriklerinde fiziksel hasar dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. İlgili firma bu tür durumlarda Merkez Laboratuvar tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içinde kitleri ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir. Benzer biçimde, kit içeriklerinin bildirilenden eksik çıkması durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri öngörülen test çalışma koşullarına uygun biçimde gidermekler yükümlüdür.



Dr. Özgür APPAK