



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

20/02/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20241035

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 05/04/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	4D TEE PROB (PHILIPS MARKA CX50 MODEL ULTRASON CİHAZINA UYUMLU)	1,00	ADET
---	---	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20241035

NOT : 20241035 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

19/02/2024 16:15:10

TEKNİK ŞARTNAME

12183 YETİŞKİN KULLANIM AMAÇLI TEE TRANSDUCER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yetişkin kullanım amaçlı Transözefageal prop, hastanemizde bulunan Philips Marka CX50 Model Ekokardiyografi Cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Transducer'ın çalışma frekans aralığı 2 Mhz ile 7 Mhz aralığında olmalıdır. Teklif edilen Prob orijinal parça olmalıdır. İstenildiği takdirde probun üretici firmadan temin edildiğine dair belge getirilecektir.
3. Teklif edilen transducer yetişkin kullanım için uygun olmalıdır.
4. Teklif edilen transducer purewave, x-matrix probe teknolojisine sahip olmalıdır.
5. Teklif edilen transducer ile 4D (4 Boyutlu) görüntüleme yapılabilmelidir. Mevcut cihazda 4D görüntüleme yapabilmek için gerekli olan yazılım ve donanım ücretsiz olarak verilecektir.
6. Teklif edilecek olan TEE (Transesophageal) Probu, Color Doppler, PW/CW Doppler ve Harmonik modlarını desteklemelidir.
7. TEE probe sterilizasyonu için gerekli araçlar (yıkama kabı-saklama kabı) ücretsiz olarak verilecektir.
8. Teklif edilen transducer üretim hatalarına karşı kesin kabul tarihinden itibaren 6 (Altı) ay süre ile garantili olmalıdır.
9. Probu veren firma 1 gün boyunca ücretsiz aplikasyon hizmeti vermelidir. Philips Marka CX50 model Renkli Doppler Ekokardiyografi cihazı için alınacak TEE probun montaj ve upgrade işlemleri firma servis mühendisleri tarafından yapılacaktır.
10. Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.
11. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak TITUBB da kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
12. Teklif veren firma, üretici firmadan aldığı yetki belgesini teklifle beraber vermelidir.
13. TEE probe her türlü arızayla ilişkili olarak 1 yıl servis garantili olmalıdır.

Kalp Damar ve İç Hastalıkları
Dip.No: 1174 Tescil No: 07303
Yazdır: 19/02/2024 16:15:10

M. Cihat BURGAY
Elektrik Elektronik
Yüksek Mühendis

Doç. Dr. Ebru ÖZPELİT
DEÜTF
Dip. No: 00392125
Uzm. Tescil No: 71078