



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20241313

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 06/03/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ANTI HIV DOGRULAMA	60,00	TEST
---	--------------------	-------	------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20241313

NOT : 20241313 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0099.000	ANTI HIV DOGRULAMA	TEST	60
--------------	--------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

HIV-1 ve HIV-2 konfirmasyon testi teknik şartnamesi

1. Test kiti HIV enfeksiyonu laboratuvar tanısında serolojik doğrulama testi olarak kullanılabilmeli (FDA onaylı olmalı) ayrıca HIV-1 ve HIV-2 ayırımını yapabilmelidir.
2. Test tek kullanımlık ve immuno-kromatografik test formatında olmalıdır.
3. Membran üzerinde kontrol bandı ile birlikte HIV-1 için minimum p31, gp160, p24, gp41 ve HIV-2 için minimum gp36 ve gp140 antijen bantları bulunmalıdır.
4. Test tam kandan, serum ve plazma örneklerinden çalışabilmelidir.

Dr. Özgür APPAK

