



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20242888

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/05/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	SKLEROTERAPİ İGNESİ	150,00	ADET
2	ENDOSKOPI BIOPSİ FORSEPSİ (PEDIATRİK)(İGNESİZ)	6,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20242888

NOT : TEKLİFLERDE MARKA MODEL UBB BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : SIMGE ÖZBAY

TEL :

E-MAIL : simge.ozbay@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

209.0031.000	SKLEROTERAPI İGNESİ	ADET	150
209.0038.000	ENDOSKOPI BIOPSI FORSEPSİ (PEDIATRİK)(İGNESİZ)	ADET	6

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3512) SKLEROTERAPI İGNESİ

Açıklama : SKLEROTERAPI İGNESİ

- İğne Enjeksiyon yapmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
- İğne Disposable ve tek lümenli olmalıdır.
- Kateterin dış çapı kullanıcının isteğine göre 1.8 mm - 2.3 mm olmalıdır.
- İğne'nin Kateter uzunluğu 240 cm olmalıdır.
- İğne'nin dış kılıfı teflon olmalıdır.
- İğne uzunluğu 4.0 mm veya 6.0 mm aralığında olmalıdır.
- Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- GENEL ÖZELLİKLER
 - Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

(4783) ENDOSKOPI BIOPSI FORSEPSİ (PEDIATRİK)(İGNESİZ)

Açıklama : ENDOSKOPI BIOPSI FORSEPSİ (PEDIATRİK)(İGNESİZ)

- Teklif edilen forseps reusable olmalı 134 derece otoklava girebilmelidir.
- Teklif edilen forseps kapakçıkları çanak şeklinde ve delikli olmalıdır.
- Teklif edilen forseps 2.0mm çapındaki endoskoplarda kullanıma uygun olmalıdır.
- Teklif edilen forseps shaft uzunluğu 1050 mm olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/05/2024 17:30:16

5. Teklif edilen forseps biopsi almaya uygun olmalıdır.