



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265549

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 14/09/2026 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DENTAL ENJEKTORU	3.000,00	ADET
2	DISPOSABLE BOBREK KUVET	60.000,00	ADET
3	FLASTER 5X5 BEZ	10.000,00	ADET
4	ORDEK PLASTİK	300,00	ADET
5	FILTER PİPET TIPS 100-1000(60'LİK PAKET)	100,00	ADET
6	GAZ RULO SARGI 5 X 20	8.000,00	ADET
7	SURAHİ MIKA (İDRAR TOPLAMA SURAHİSİ)	2.000,00	ADET
8	TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME İCİN)	6.000,00	ADET
9	EPENDORF SAKLAMA KABI (81-96 GÖZLÜ)	60,00	ADET
10	EKG JELİ	150,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20265549

NOT : 20265549 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : SEZER DEMİR

TEL :

E-MAIL : sezer.demir@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/10



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265549

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 14/09/2026 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	SUPERFROST LAM	50,00	KUTU
12	ENJEKSİYON BANDI (KÜÇÜK TİP)	125.000,00	ADET
13	LAMEL 24 X 50 100 LUK. (LEICA OTOMATİK KAPAMA CİHAZINA UYUMLU)	6.000,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20265549

NOT : 20265549 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : SEZER DEMİR

TEL :

E-MAIL : sezer.demir@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/10

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

300.0001.000	DENTAL ENJEKTORU	ADET	3000
298.0019.000	DISPOSABLE BOBREK KUVET	ADET	60000
298.0037.000	FLASTER 5X5 BEZ	ADET	10000
298.0054.000	ORDEK PLASTİK	ADET	300
293.0075.000	FILTER PIPET TIPS 100-1000(60'LİK PAKET)	ADET	100
296.0009.000	GAZ RULO SARGI 5 X 20	ADET	8000
306.0018.000	SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHISI)	ADET	2000
305.0035.000	TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME İCİN)	ADET	6000
306.0082.000	EPENDORF SAKLAMA KABI (81-96 GÖZLÜ)	ADET	60
301.0035.000	EKG JELİ	ADET	150
293.0262.000	SUPERFROST LAM	KUTU	50
296.0025.000	ENJEKSİYON BANDI (KÜÇÜK TİP)	ADET	125000
293.0346.000	LAMEL 24 X 50 100 LUK. (LEICA OTOMATİK KAPAMA CİHAZINA UYUMLU)	ADET	6000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3621) FLASTER 5X5 BEZ

Açıklama : FLASTER 5X5 BEZ

1. Bezi ten rengi olmalı,cildin hava almasına uygun olmalıdır.
2. Çıkarıldığında yapışkanı ciltte kalıntı bırakmamalıdır.
3. Yapışkanı düzgün ve homojen sürülmüş olmalı, katlar birbirine yapışmamalıdır.
4. Kenarları düzgün olmalı ,ipliklenme olmamalıdır.
5. Elle enine ve boyuna düzgün yırtılabilir özelliği olmalı, yırtılma sonrasında ipliklenme olmamalıdır.
6. Flasterin yapışkanı nemle ciltten ayrılmalıdır.
7. 10'luk paketler halinde teslim edilmelidir.
8. Kutu üzerinde üretici firma adı, imalat tarihi, son kullanma tarihi ve lot numaraları bulunmalıdır.
9. Kutu üzerinde barkot bulunmalıdır.
10. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
12. Hypoalerjik olmalıdır.

13. Flaster kolay yapışmalı ve cildi tahriş etmemelidir. Suya, terlemeye dirençli olmalı ve yapışkanlığını uzun süre muhafaza etmelidir.
14. Flasterler 5cmx5m ölçülerinde olmalıdır. (Flasterler 5 cm eninde, 5 m boyunda olmalıdır).
15. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. CE belgesi olmalıdır.
17. X-ray geçirgen olmalıdır.
18. Kalem ile üzerine yazı yazılabilmelidir.

(4596) FILTER PIPET TIPS 100-1000(60'LIK PAKET)

Açıklama : FILTER PIPET TIPS 100-1000(60'LIK PAKET)

1. Şeffaf polipropilenden üretilmelidir.
2. Bilinen tüm pipetlerle güvenli kullanılabilmesi, kimyasallara ve tüm dış etkenlere dayanıklı olmalı, iç yüzeyi sıvının çepere yapışmasını engellemek için kaygan olmalıdır.
3. Pipete giren ağız kısımları pipete tam ve sızdırmaz uyum sağlamalıdır
4. Filtreli, steril DNase, RNase, pirojen free olmalıdır.
5. Pipet ucunun uygun olduğu maksimum hacim pipetlenirken, filtre ile sıvı arasında, filtrenin ıslanmasını önleyecek kadar mesafe kalmalıdır.
6. Aktarılan sıvıyı eksiksiz transfer etmeli, pipet uçları üzerinde gözle takibi kolaylaştıran kademeler bulunmalıdır.
7. Kalibrasyon birimince denenmesi yapıldıktan sonra ve ilgili birimin onayı ile alınacaktır.
8. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
9. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
10. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için her bir hacimden 10'ar adet numune temin etmelidir.
11. Merkez Lab. Moleküler Mikrobiyoloji Biriminden uygunluk alınmalıdır.

(3811) DENTAL ENJEKTORU

Açıklama : DENTAL ENJEKTORU

1. 30 gauge özellikli iğne olmalıdır.
2. En az 2 yıl miyatlı olmalıdır.
3. 2 cc 0,40x50 mm %6 eğimli,sivri uç merkezde montoksit siyah pistonlu kauçuk başlı olmalı,3 parça olmalıdır.
4. Muayene komisyonunca beğenilmeyen enjektör uçları alınmayacaktır.
5. Kutuların üzerinde barkot olmalıdır.
6. Enjektör üzerindeki yazılar silinmez özellikte olmalıdır.

7. Paketi kolay açılır özellikte olmalıdır.

(3635) DISPOSABLE BOBREK KUVET

Açıklama : DISPOSABLE BOBREK KUVET

1. Tek kullanımlık böbrek küvetler hijyenik ve doğada indirgenebilen polystren plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürün TSEK belgeli olmalıdır.
3. 50'lik paketler halinde olmalı üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.
4. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
5. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Suya dayanıklı olmalıdır, sızdırma veya akıtma yapmamalıdır.
7. Kenarları ve yüzeyi pürüzsüz ve çapaksız olmalıdır.
8. Şekli sembolik böbrek şeklinde olmalı ve içi dolu iken elle tutulduğunda eğilip bükülmemelidir.
9. En az 250 ml. sıvıyı alacak kapasitede olmalıdır.

(3641) ORDEK PLASTİK

Açıklama : ORDEK PLASTİK

1. Plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Tutmak için kulpu olmalı ve kapaklı olmalıdır.
3. Yüzeyi eksiksiz ve pürüzsüz olmalıdır.
4. Cilde temas edecek kenarları yuvarlatılmış olmalı ve cilde zarar vermemelidir.
5. Kolay temizlenebilir ve leke tutmayan özellikte olmalı ve rahat yerleşmelidir.
6. Dezenfekte edilebilir olmalıdır.
7. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle en az 2 adet numune bırakılmalıdır.
8. Tek tek paketlenmiş olmalı üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. CE belgesi olmalıdır.
11. 2000 ml kapasiteli olmalıdır.
12. 100 ml'den 2000 ml'ye kadar doğru ölçeklendirilmelidir.
13. Delinme ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.

14. Delik ya da yırtılmış ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.

(4590) EPENDORF SAKLAMA KABI (81-96 GÖZLÜ)

Açıklama : EPENDORF SAKLAMA KABI (81-96 GÖZLÜ)

1. Kaplar dayanıklı polipropilenden yapılmış olmalıdır.
2. 81-96 gözlü olmalıdır.
3. Saydam kapaklı olmalıdır ve kapak gövdeye tam oturuyor konumda olmalıdır.
4. 121 derecede ve 20 dakika otoklavlanabilmelidir.
5. Mikro tüp ve eppendorf tüpleri saklamak için uygun ebatlarda (Kutu ebatları 133X133X52 mm) olmalıdır.
6. 80-100 arası tüp alma kapasitesi olmalıdır.
7. Merkez Laboratuvarı yönetiminden uygunluk alınması gerekir.
8. Kuyucuklar 2 ml eppendorf tüpleri alacak yükseklikte olmalıdır.
9. Kapakların üstü düz olmalı, yazı ve şekil içermemelidir.
10. Ürün ambalajı olup üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
11. Üretici firma laboratuvarında denemek ve şahit numune olarak saklama için numune temin etmelidir.

(646) TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME İCİN)

Açıklama : TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME İCİN)

1. Şekli pilesiz dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
2. Sıvıya dayanıklı olmalıdır.
3. Non-alerjik olmalıdır.
4. Her iki ucu lastikli olmalıdır.
5. Large boy olmalıdır. Bilekten dirseğe kadar kolu sarmalıdır.
6. Lastikli her iki ucunda gergin hale getirildiğinde 50 cm X 20 cm ebadında olmalıdır.

(4307) EKG JELİ

Açıklama : EKG JELİ

1. Ürün suda çözünür, kokusuz ve kolay temizlenir olmalıdır.
2. Ürün nontoksik, hipoalerjenik olmalı; yağlı madde veya Formaldehit içermelidir.

3. Ekg çekimlerinde ve defibrillasyon işlemleri için geliştirilmiş olmalıdır.
4. Jel yüksek iletken özelliğine sahip olmalıdır.
5. Ürün +70 C stabil kadar saklanabilmelidir; pH nötr olmalıdır.
6. Ürün orjinal ambalajında ve kutusunda olmalıdır.
7. Ürün CE kalite belgesine sahip olmalıdır.
8. Ürünün akredite kuruluştan dermatolojik testleri yapılmış olmalıdır.

(184) SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHISI)

Açıklama : SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHISI)

1. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. İçindeki idrarı gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.
3. 100 cc den başlayıp 2000 cc ye kadar ölçer derecesi bulunmalıdır. Derecelendirmesi doğru ve okunaklı olmalıdır.
4. Dökülmeyi önleyici koruyucu kapağı bulunmalıdır.
5. Tutmayı kolaylaştırıcı sapı bulunmalıdır.
6. Her biri tek tek ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde barkot bulunmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastahanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. CE Belgesi olmalıdır.
11. Delik ya da çatlak ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.

(6176) SUPERFROST LAM

Açıklama : SUPERFROST LAM

1. 50 tane içeren karton kutularda olmalıdır.
2. Kutu içindeki lamlar toz ve kirden korunmak için plastik ile kaplanmış olmalıdır.
3. 76X26 mm boyutlarında olmalıdır.
4. Lamaların bir yüz ve bir kenarında isim yazmaya uygun renkli işaretliyi alan bulunmalı.
5. Kutu üzerinde ISO numarası ve CE işareti bulunmalı.
6. Lamaları yapan firmanın adı/adresi kutu üstünde belirtilmeli.
7. Tüm kutuların lot nosu açıkça belirtilmeli ve son kullanma tarihleri kutu üstünde yazılı olmalı.

8. Lam yüzeyi Poly L-Lysin kaplanmış olmalıdır.
9. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için 20 adet numune temin etmelidir.

(12018) ENJEKSİYON BANDI (KÜÇÜK TİP)

Açıklama : ENJEKSİYON BANDI (KÜÇÜK TİP)

1. Kan alımı sonrasında oluşan kanamaları durdurmak üzere kullanıma uygun olmalıdır.
2. Orta kısımdaki pedi, yapıştırıldığı noktadan çıkan kanı hızlı bir şekilde şişmeli ve bu sayede yapıştırıldığı bölgeye basınç uygulayarak kanamanın durdurulmasına yardımcı olmalıdır.
3. Sırt kısmı polietilenden imal edilmiş olmalı, dışarıdan sıvıların yaraya geçmesine izin vermemelidir.
4. Yapışkanı hipoallerjenik olmalı, ciltte hassasiyete neden olmamalıdır.
5. Ürün yapıştırıldığı yerden atmamalıdır. Rahat bir şekilde çıkarılabilmelidir.
6. Ürünün yapışkanlı yüzü , bir tarafı silikonlu ve iki parça halinde kapatılmış kağıt ile kaplanmış olmalıdır. Bu kağıtlar açma sırasında sorunsuz ve düzgün açılmalıdır.
7. Ürün açılırken kullanıcının eline yapışmamalıdır.
8. Ürünün orta kısmındaki pet emdiği kanı içine hapsedmeli, dışarıya sızdırmamalıdır.
9. Ürünün optimum kullanımını sağlamak için pedinin boyutu en az 75 milimetrekare ölçülerinde olmalıdır.
10. Tek tek baskılı kağıt içerisinde ambalajlanmış ve gama ışınları ile sterilize edilmiş olmalıdır. Ambalaj üzerinde ürünün boyutları belirtilmiş olmalıdır.
11. 100'lük kutularda olmalıdır. Kutu üzerinde uygulama şekli Türkçe olarak anlatılmalı, ayrıca üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası yer almalıdır.
12. Ürün CE markasına sahip olmalıdır.
13. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
14. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 200 adet numune temin etmelidir.

(12194) LAMEL 24 X 50 100 LUK. (LEICA OTOMATİK KAPAMA CİHAZINA UYUMLU)

Açıklama : LAMEL 24 X 50 100 LUK. (LEICA OTOMATİK KAPAMA CİHAZINA UYUMLU)

1. Optik özellikli ve renksiz (su beyazı) camdan üretilmeli, tozdan kirden ve nemden arındırılmış olmalıdır.
2. Esneme kapasitesi yüksek olmalı (yaklaşık 0,13-0,17 mm kalınlıkta) kolay kırılmayan ve birbirine yapışık olmayan özellikte olmalıdır.
3. 100 adetlik paketlerde olmalıdır.
4. Ürün ambalajı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
5. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
6. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.

7. İstenilen lameller çalışmalar süresinde kullanıcı tarafından uygun bulunmaz ise istenilen özellikte (şartnameye uygun) başka bir lamelle ücretsiz olarak değiştirilmeli ve bunun taahhüdü yüklenici firma tarafından malzeme tesliminde verilmelidir.
8. 24x50'lik lamel için hastanemizde kullanılan mevcut lam kapatma cihazlarıyla (Leica) birlikte kullanılabilir özellikte olmalıdır.
9. Ürün etiketinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
10. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
11. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.

(3317) GAZ RULO SARGI 5 X 20

Açıklama : GAZ RULO SARGI 5 X 20

1. Pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.
2. Gaz rulo sargıda kullanılan gaz bezi TS 14079'a uygun olmalıdır.
3. Apreli olmamalı, herhangi bir boya içermemeli, kirli görünmemelidir.
4. Gaz kompres (tampon) kasaşmış, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
5. Gaz bezinin atkı-çözümlü teli sayısı değerleri; çözgü teli sayısı cm başına (en az) 12tel (+/-1) , atkı sayısı cm başına(en az)8tel(+/-) olmalıdır.
6. Atkı ve çözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
7. Birim alan kütlesi en az 27 gr/m² olmalıdır.
8. Kopma mukavemeti (çözgü yönünde) (en az) kgf 8 olmalı, ameliyat esnasında ekartörde kopmamalıdır.
9. Eni 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, boyu ise 5 metre olmalıdır.
10. Her boy rulonun kenarları atmayacak şekilde örgülü olmalıdır.
11. Parmak ile basınç uygulandığında gazlı bezin dokuması bozulmamalı, birbirinden ayrılmamalıdır.
12. El ile koparılabilir ve koparıldıktan sonra koparılan bölümlerde dokuma bozukluğu ya da liflenme olmamalıdır.
13. Gaz rulo sargıda buhar sterilizasyon işlemi sonrası form bozukluğu görülmemelidir.
14. Non - steril olmalıdır.
15. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
16. Her bir rulo nemden ve sudan etkilenmeyi engelleyecek naylon ambalaj/koruyucu kılıf içerisinde olmalıdır.
17. Bu paketler taşımaya uygun sayılarda karton ambalajlarda teslim edilmelidir.
18. Ürün kolileri üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
 - 18.1. Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
 - 18.2. Hidrofil olduğu,
 - 18.3. Anma boyutları ve adedi,

18.4. Üretim tarihi,

18.5. Atkı-çözümlü teli sayısı,

18.6. Standardın işaret ve numarası(TS 14079),

18.7. Seri ve parti numarası. barkodu

19. Her bir ürün poşetinin üzerinde de aşağıdaki bilgiler okunaklı ve şekilde basılı olmalıdır.

19.1. Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,

19.2. Hidrofil olduğu,

19.3. Standardın işaret ve numarası(TS 14079),

19.4. Seri ve parti numarası./ barkodu

20. Değerlendirme için her boydan, ürün üzerinde lot numarası, firma ve ürün bilgisi bulunan en az 10 adet gaz rulo sargı numune olarak bırakılmalıdır.
21. Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
22. Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özelliği taşıyor olmalıdır.