



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265864

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/09/2026 TARİHİ, SAAT 12:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PH VE KLOR OLCER CİHAZI	1,00	ADET
---	-------------------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20265864

NOT : TEKLİFLERDE MARKA-MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.1495.000	PH VE KLOR OLCER CİHAZI	ADET	1
--------------	-------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14388) PH VE KLOR OLCER CİHAZI

Açıklama : PH VE KLOR OLCER CİHAZI

1. Ph ve klor ölçüm cihazı, sıvı test kiti veya tablet gibi herhangi bir sarf kimyasal malzeme gerektirmeksizin, su numunesine daldırılan metal uçlu prob (elektrot) yardımıyla doğrudan elektrokimyasal yöntemle ölçüm yapabilen taşınabilir analog-dijital göstergeli olacaktır.
2. Ölçüm değerlerini hem rakamsal skala olarak hem de insan gözünün rahat ayırt edebileceği renkli kılavuz çizgileriyle eş zamanlı sunan geniş entegre analog ekrana sahip olacaktır.
3. Cihaz ph ve klor ölçüm modlarına geçiş yapılabilir tipte olacaktır.
4. Cihaz tek elle kullanıma uygun, ergonomik ve hafif olmalıdır. Gövde malzemesi darbelere ve neme dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır
5. Cihaz rahat numune okuması yapabilmesi için, esnek ve uzun bir bağlantı kablosuna sahip entegre prob ile birlikte olacaktır.
6. pH Ölçüm Aralığı: En az 5.5 pH ile 9.0 pH aralığını ölçebilmelidir.
7. Klor (Cl2) Ölçüm Aralığı: En az 0.2 ppm (mg/L) ile 3.0 ppm (mg/L) aralığını eksiksiz gösterebilmelidir.
8. Cihaz, her yerde kolayca tedarik edilebilen pil ile çalışır olacaktır.
9. Cihaz entegre kablolu ölçüm probu(elektrot), ölçüm cihazı ana gövdesi, problarda oluşacak pas ve kireçlenmeyi önlemek üzere temizlik için ince zımpara kağıdı, Türkçe kullanım ve kalibrasyon klavuzu olacak şekilde set olarak eksiksiz teslim edilecektir.
10. Cihaz fabrikasyon ve üretim hatalarına karşı en az 24 Ay (2 Yıl) resmi distribütör/üretici garantisi altında olacaktır.

A.Ş