



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

31/08/2026 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265381

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/09/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BAND LİGASYON SETİ	150,00	ADET
2	BİLİARY STENT SET	200,00	ADET
3	BİLİARY STENT SET PANKREATİK	20,00	ADET
4	BİLİER DİLASYON BALONU	6,00	ADET
5	BRONKOSKOPIK BIOPSI FORSEPSİ	20,00	ADET
6	BROSKOSKOPI İÇİN MUKUS TOPLAYICI	4.000,00	ADET
7	ENDOSKOPIK BASKET KATETER	100,00	ADET
8	ERCP TAS ÇIKARMA BALONU(3 LUMENLİ)	600,00	ADET
9	ERCP GUIDEWIRE(İKİ UCLU)	50,00	ADET
10	ERCP GUIDEWIRE (REHBER TEL)	1.200,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20265381

NOT : 2027 YILI ENDOSKOPI MALZEMELERİ TIBBİ MALZEME İHALESİ

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/26



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

31/08/2026 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265381

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/09/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	ERCP KATETERİ(KUNT UCLU)	700,00	ADET
12	ERCP KATETERİ(TAPERED)	10,00	ADET
13	PERKUTAN ENDOSKOPIK GASTROSTOMİ SETİ	100,00	ADET
14	GASTROSTOMİ REPLACEMENT TUP	80,00	ADET
15	HOT BIOPSY FORCEPSİ	800,00	ADET
16	KOLON DİLASYON BALONU	4,00	ADET
17	DOUBLE BALLOON İÇİN OVER TUBE	40,00	ADET
18	OZEFAGUS METALİK STENT	15,00	ADET
19	OZOFAGUS DİLASYON BALONU	60,00	ADET
20	POLYPECTOMİ SNARE	800,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20265381

NOT : 2027 YILI ENDOSKOPİ MALZEMELERİ TIBBİ MALZEME İHALESİ

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/26



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

31/08/2026 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265381

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/09/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	3 LUMENLİ SFINKTERETOM KATETER	450,00	ADET
22	SKLEROTERAPİ İGNESİ	500,00	ADET
23	KOLONOSKOPI BIOPSİ FORSEPSİ 2.3MM	2,00	ADET
24	ENDOSKOPI BIOPSİ FORSEPSİ (PEDIATRİK)(İGNESİZ)	2,00	ADET
25	SCOPE BALON	100,00	ADET
26	ENDOSKOPIK KLİP	700,00	ADET
27	ENDOSKOPIK ULTRASON KATETERİ 22G	30,00	ADET
28	BİLİYER METAL STENT KAPLI	13,00	ADET
29	ULTRASON ENDOSKOPİSİ İÇİN ASPIRASYON (EBUS) İGNESİ	600,00	ADET
30	ULTRASONOGRAFİ BALONU	700,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20265381

NOT : 2027 YILI ENDOSKOPI MALZEMELERİ TIBBİ MALZEME İHALESİ

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0072

3/26



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

31/08/2026 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265381

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/09/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

31	ARGON PLAZMA KOAGULASYON KATETERLERİ	5,00	ADET
32	ENDOSKOPIK ULTRASON KATETERİ 22G FNB	250,00	ADET
33	FİLELİ SNARE	200,00	ADET
34	İKİ UCUKLU DELİKLİ DOUBLE PİGTAİL STENT	200,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20265381

NOT : 2027 YILI ENDOSKOPI MALZEMELERİ TIBBİ MALZEME İHALESİ

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

4/26



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10/07/2026 09:09:42

L Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

14352 ENDOSKOPIK BANT LİGASYON SETİ (209.0001)

1. Kontrollü bant atışını sağlayan handle'ı olmalıdır.
2. En az 6 adet bant içermelidir.
3. Yıkama adaptörü ve sistem kurma kateteri ayrıca set içinde mevcut olmalıdır.
4. Yıkama adaptöründen su verildiğinde cupun içini yıkayabilmelidir.
5. Tutaç her 180 derece çevrildiğinde bir bant attığını net bir şekilde ses çıkarmalıdır. Her çevirişte tek bant atmalıdır.
6. GENEL ÖZELLİKLER
 - 6.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 6.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.
 - 6.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 6.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 6.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 6.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doc. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF İc. Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Bilgi. Tesis. No: 144680.151369

Prof. Dr. Gökseki BENLİ
Dip. Tes. No: 102268-117988
DEÜTF İc. Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

2. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

504 BİLİYER STENT SETİ 233.0012

1. İçinde dış çapı 7-8,5-10 F ve uzunluğu 5-7-10-12-15 cm boylarında olan plastik stent bulunmalıdır.
2. Stentin iki ucu çentikli olmalıdır.
3. İtçinin uzunluğu 168 cm. veya üzerinde olmalıdır.
4. Setin içinde yukarına belirtilen ebatlardaki stenti itmeye uygun İntroducer bulunmalıdır.
5. Set steril olmalıdır.
6. İstenmesi halinde yüklenici firma değişik uzunluktaki stentleri birbiriyle değişimi sağlamalıdır.
7. GENEL ÖZELLİKLER
- 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doc. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF. C. Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Dip. Tese. No: 14660 151969

Prof. Dr. Göksele BENLİ
Dip. Tese. No: 102268-117988
DEÜTF. C. Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

J. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

1136 PANKREATİK STENT 233.003

1. Dış çapı 5-7 F, uzunluğu 3-10 cm arasında olmalıdır.
2. İki ucu çentikli stent olmalıdır.
3. Steril olmalıdır.
4. Her sette bir adet itici olmalıdır.
5. İhale öncesi klinikten uygunluk alınmalıdır.
6. GENEL ÖZELLİKLER
 - 6.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 6.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 6.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 6.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 6.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 6.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Göksele DENGİ
Dip. Tes. No: 102268-117938
Dip. No: 10372
DEÜTF İhtisatî ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Doc. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF İhtisatî ve
Gastroenteroloji
Dip. Tes. No: 124090-191969



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

29/06/2026 15:38:17

4. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

786 BİLİYER DİLATASYON BALONU 194.0009

1. Balon 2-4cm aralık uzunluğunda olmalıdır.
2. Balon genişliği 6 mm ve 8 mm olmalıdır.
3. Balonun yerini belli eden radyoopak işaretler olmalıdır.
4. 0.035" klavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
5. 2.8mm çalışma kanalından geçebilmelidir.
6. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.
8. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
9. Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (<https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/>) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
10. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
11. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.
12. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doc. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Dip. Tesc. No: 124680 151969

Prof. Dr. Gökşel BENLİ
Dip. Tesc. No: 102758-117988
Diyadin Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10/07/2026 09:21:00

5. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

14353 BRONOSKOPIK BIYOPSİ FORSEPSİ 209.0002

1. Steril pakette ve disposable olmalıdır.
2. Forseps shaftı 1.8 mm ile 2.0 mm arasında olmalıdır.
3. Forseps uzunluğu 120 cm olmalıdır.
4. Forseps shaftı paslanmaz çelik olmalıdır.
5. FDA belgeli olmalıdır.
6. Oval uçlu ve iğnesiz olmalıdır.
7. GENEL ÖZELLİKLER
 - 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşılan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Can SEVİNÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Diploma No: 348-269
Uzmanlık Tescil No: 41827-39998

Dr. Öğr. Üyesi
Gökçen Ömeroğlu Şimşek
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.
Dip. Ter. No: 132208

TEKNİK ŞARTNAME

506 BROSKOSKOPİ İÇİN MUKUS TOPLAYICI 209.0003

1. Malzeme disposable olmalıdır.
2. Malzeme 40 cc kapasiteli olmalıdır.
3. Malzeme (yivli) 4 parçalı olmalıdır.
4. Bağlantı hortumları bronkoskopi cihazına uyumlu olmalıdır.
5. Malzeme çift girişli olmalıdır.
6. Malzeme steril olmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
8. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.
9. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
10. Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (<https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/>) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
11. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
12. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.
13. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Can SEVİNÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Diploma No: 348-269
Uzmanlık Tescil No: 41827-39893

Prof. Dr. Aylin Özgen ALPAYDIN
D.E.Ü T.F. Göğüs Hast. Hast. A.D.
Dip. Tes. No: 63589-91451

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

7. Kalem

30/06/2026 11:09:54

TEKNİK ŞARTNAME

1 ENDOSKOPIK BASKET KATETER 218.0033

1. Basket 4 telli olmalıdır.
2. Kateter uzunluğu en az 240 cm. olmalıdır.
3. 2.8 mm. çalışma kanalından geçebilmelidir.
4. GENEL ÖZELLİKLER
 - 4.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 4.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır
 - 4.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 4.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 4.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 4.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doc. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Dip. Tesc. No: 124680.151969

Prof. Dr. Gökseki BENLİ
Dip. Tesc. No: 102260-117988
Dip. Tesc. No: 10574
Gastroenteroloji Uzmanı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10/07/2026 08:55:32

f. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

14347 ERCP TAŞ ÇIKARMA BALONU (ÜÇ LÜMENLİ) 194.0010

1. Enjeksiyon, klavuz tel ve balonun şişirilmesi için kullanılabilecek 3 ayrı lümeni olmalıdır.
2. Kateterin, balonun distalinde kalan uç kısmı en fazla 3 mm uzunlukta olmalıdır.
3. 0.035" klavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
4. Uzunluğu en az 200 cm olmalıdır.
5. Üzerinde, balonun bulunduğu yeri belirleyecek radyoopak işaretler olmalıdır.
6. Balonun 15 mm şişme kapasitesi bulunmalıdır.
7. Balonun kateteri geriye doğru traksiyonda sürme yapmamalıdır.
8. Balon şişirildiğinde kontrast maddeyi distalinden vermelidir.
9. Balonun yapıldığı malzeme kırılma yapmamalı ve çekme işlemine dayanıklı olmalıdır.
10. 2.8 çalışma kanalından geçebilmelidir.
11. GENEL ÖZELLİKLER
 - 11.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 11.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 11.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 11.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 11.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 11.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doc. Dr. Süleyman DOLU
BEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Dip. Tesc. No: 14680 151969

Prof. Dr. Yüksel BENLİ
Dip. Tesc. No: 102288-117988
Dip. Tesc. No: 10374
Gastroenteroloji Uzmanı

9. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

305 ERCP GUIDEWIRE (İKİ UCLU) 219.0015

1. Kılavuz tel uzunluğu en az 400 cm olmalıdır.
2. Kalınlığı 0,035" olmalıdır.
3. Kılavuz telin her iki ucu da yumuşak olmalı ve uçlardan biri düz diğeri açıldırılmış olmalıdır.
4. Telin üzerinde hareketlerini ve bulunduğu yeri gösteren çizgiler olmalıdır.
5. GENEL ÖZELLİKLER
- 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Dip. Tesc. No: 124680 151969

Prof. Dr. Göksele BENGİ
Dip. Tesc. No: 102268 117988
Gastroenteroloji Uzmanı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10/07/2026 09:03:41

10. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

14350 ERCP GUIDEWIRE (REHBER TEL) 219.0016

1. Kılavuz tel uzunluğu en az 450 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Kalınlığı 0,025 veya 0,035 çapında olmalıdır.
3. Kılavuz telin bir ucu hidrofilik olmalıdır.
4. Telin üzerinde hareketlerini ve bulunduğu yeri gösteren çizgiler olmalıdır.
5. Aynı seansta üzerinden yapılacak çoklu (sfinkterom, balon vb.) geçişlerinde performansını kaybetmemelidir.
6. standart ERCP kataterleri, sfinktenotomlar ve biliyer/pankreatik stentlerin çalışma kanalları ile sorunsuz uyumlu çalışmalıdır.
7. GENEL ÖZELLİKLER
 - 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doc. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF İc Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Dip. Tesc. No: 124680 151969

Prof. Dr. Gökse BENGİ
Dip. Tesc. No: 102268-117988
DEÜTF İc Hastalıkları
Gastroenteroloji Uzmanı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

30/06/2026 11:12:52

11. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

517 ERCP KATETERİ (KÜNT UÇLU) 218.0038

1. Kateterin distal ucunda yerini belli eden radyopak markerler bulunmalıdır.
2. 2.8 mm çalışma kanalından geçebilmelidir.
3. Kateter 0.035" guide wire ile kullanılabilir.
4. Kateterin ucu künt olmalıdır.
5. GENEL ÖZELLİKLER
- 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir

Prof. Dr. Gökseki BENLİ
Dip. Tes. No: 02268-117988
Dip. No: 10574
Gastroenteroloji Uzmanı

Doç. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF İc. Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Dip. Tes. No: 124080-151969

12. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

774 ERCP KATETERİ (TAPERED) 218.0039

1. Kateter ERCP işlemlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Kateter disposable olmalıdır.
3. Kateterin uzunluğu 200cm olmalıdır.
4. 2.8 çalışma kanalından geçebilmelidir.
5. Kateter 0.035" guidewire'ler ile kullanılabilmelidir.
6. Kateter radyopak olmalıdır.
7. Kateterin distal ucunda renkli radyopak işaretler (marker) olmalıdır.
8. Kateter tapered olmalıdır.
9. Kateter pre-curved olmalıdır.
10. Kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
11. GENEL ÖZELLİKLER
- 11.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 11.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 11.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 11.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 11.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 11.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doc. Dr. Süleyman DOLU
Dokuz Eylül Hastaneleri
ve Gastroenteroloji
Dip. Tesc. No: 124680 151969

Prof. Dr. Göksel BENLİ
Dip. Tesc. No: 102288-117988
Gastroenteroloji Uzmanı

13. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

516 PERKÜTAN ENDOSKOPIK GASTROSTOMİ SETİ 209.0011

1. 12-14-16-18-20-22 Fr PEG tüplerinden en az 1 tanesi olmalıdır.
2. Introducer kanül ya da seldinger iğne
3. Sivri uçlu bistüri
4. Kistırma klemp
5. Beslenme konnektörü
6. Yerleştirme teli
7. Tüpün çıkmasını ve sızıntıyı engelleyecek dış tespik aparatı (external bolster) bulunmalıdır.
8. Steril delikli örtünün bulunması gereklidir.
9. Makas, snare, steril spanç bulunmalıdır.
10. Gastronomi kiti perkutan endoskopik olarak takılacak şekilde olmalıdır.
11. Tüpün çıkarılması için endoskopiye ihtiyaç duyulmamalıdır.
12. GENEL ÖZELLİKLER
- 12.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 12.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 12.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 12.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 12.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 12.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTİC Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Dip. Tesc. No: 124680 151969

Prof. Dr. Göksoy BENLİ
Dip. Tesc. No: 107269 117988
DEÜTİC Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14. Kalem TEKNİK ŞARTNAME

514 GASTROSTOMİE REPLACEMENT TÜPÜ 209.0012

1. 12 F ile 20 F arası ölçüleri olmalıdır.
2. Steril olmalıdır.
3. Mide içerisinde kalan ucunda su ile şişirilip tüpün mideye tutunmasını sağlayan balon olmalıdır.
4. Silikondan yapılmış olmalıdır.
5. GENEL ÖZELLİKLER
- 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç. Dr. Süleyman POLU
DEÜTF İc. Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Böl. Tesc. No: 124680 151969

Prof. Dr. Göksele BENLİ
Din. T. No: 102268-117988
Din. T. No: 10574
DEÜTF İc. Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

29/06/2026 15:58:06

15 . Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

792 HOT BIOPSY FORCEPS 209,0014

1. Steril paketlerde olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik spiral kılıflı olmalıdır.
3. Forceps kulpları paslanmaz çelik olmalıdır.
4. Forceps disposable olmalı
5. Kateter uzunluğu 230cm olmalıdır.
6. 2.3mm kanal çaplı gastroskop ve kolonoskoplarda kullanılmalıdır.
7. Handle bölgesi hydroc maddeden yapılmış olmalıdır.
8. Koter bağlantısı olmalıdır.
9. Biopsy alınan bölgeyi rahatça koterize edebilmelidir.
10. Forceps oval cup yada alligator cup olmalıdır.
11. GENEL ÖZELLİKLER
- 11.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 11.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 11.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 11.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 11.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 11.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doc. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF İle Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Dip. Tesc. No: 124680 151969

Prof. Dr. Gökseki BENGİ
Dip. Tesc. No: 102268-117008
Dip. Tesc. No: 102268-117008
Gastroenteroloji Uzmanı

TEKNİK ŞARTNAME

.787 KOLON DİLATASYON BALONU 194.0022

1. Balon uzunluğu 5.5cm olmalıdır.
2. Balon 18mm ye kadar genişleyebilmelidir.
3. 2.8mm lik çalışma kanalından geçebilmelidir.
4. Kateterin içinden klavuz tel geçebilmelidir.
5. 3 aşamada şişirilebilmeli ve her aşamada yanı yüzey sertliğiyle değişik çaplarda dilatasyon sağlayabilmelidir.
6. Kateterin toplam uzunluğu 240cm olmalıdır.
7. GENEL ÖZELLİKLER
- 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 7.4. Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (<https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/>) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
- 7.5. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 7.6. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.
- 7.7. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Dip. Tesc. No: 124680.151969

Prof. Dr. Gökse Bengi
Dip. Tesc. No: 102268.117988
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

307 DOUBLE BALLOON ICIN OVER TUBE 209.0020

1. 9.3 mm dış çapındaki Double balloon entreskopi cihazının dışından geçecek plastik bir yapıda olup Double balloon entreskopi cihazı ile birebir uyumlu olmalıdır.
2. Over tube ün ucunda Over tube ile birleşik balonu olmalıdır ve bu balon, balon kontrol ünitesi ile şişirilebilmelidir. Şişirilebilmesi için Over Tube ün arka kısmında plastik hortumu bulunmalıdır.
3. Over tube dış çapı 13,2 mm olmalıdır.
4. Over tube iç çapı 10,8 mm olmalıdır.
5. Over tube distal uç çapı 9,8 mm olmalıdır.
6. Over tube çalışma uzunluğu 1.350 mm olmalıdır.
7. Over tube toplam uzunluğu 1.450 mm olmalıdır.
8. Over tube'daki balonun bulunduğu dış çap 40 mm olmalıdır.
9. GENEL ÖZELLİKLER
- 9.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 9.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 9.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 9.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 9.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 9.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF te Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Dip. Tes. No: 124580 151969

Prof. Dr. Gökseil BENGİ
Dip. Tes. No: 124580 151969
DEÜTF te Hastalıkları
ve Gastroenteroloji Uzmanı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10/07/2026 08:53:06

18. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

14346 ÖZEFAGUS METALİK STENT (KAPLI) 233.0032

1. Materyal self expandable ve nıtinol özellikte olmalıdır.
2. Introducer sisteminin içinden 0.035 ve 0.038 inch klavuz tel geçebilmelidir.
3. Stentin radyopasitesi ve radyal kuvveti yüksek olmalıdır.
4. Stent içten kaplı olmalıdır.
5. Stentin uzunluğu 6-14 cm arasında olmalıdır.
6. Stent 24mm çapa ulaşabilmelidir.
7. GENEL ÖZELLİKLER
 - 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
 - 7.7. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirimi kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Doc. Dr. Süleyman DOLU
DENTİFİC Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Bip. Tesc. No: 184580-151969

Prof. Dr. Göksele BENLİ
Dip. Tesc. No: 102268-117988
Dip. No: 10574
DENTİFİC Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Hastaneleri

20. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

505 POLYPECTOMY SNARE 209.0026

1. Kolonoskopik snare uzunluğu en fazla 240 cm olmalıdır.
2. Snare kement genişliği 15-45 mm aralığında olmalıdır.
3. Uçları oval olmalıdır.
4. Ürün üzerinde handle mevcut olmalıdır.
5. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
6. Ürün medium ve large ölçülerde teslim edilmelidir.
7. GENEL ÖZELLİKLER
- 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nin ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doc. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF ile Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Dip. Tesc. No: 124680 151969

Prof. Dr. Gökseç BENGİ
Dip. Tesc. No: 102268-117988
Gastr. ve Gastroenteroloji Uzmanı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10/07/2026 08:58:31

21. Kalem
TEKNİK ŞARTNAME

14349 ÜÇ LÜMENLİ SFİNKTEROM KATETER (209.0028)

1. Kateter ERCP işlemlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Kateter disposable olmalıdır.
3. Kateterin kesme teli 30mm olmalıdır.
4. Kateter üç lümenli olmalıdır.
5. Kateterin uzunluğu en az 200 cm olmalıdır.
6. Kateterin içinde 0.035" guidewire geçmelidir.
7. Kateterin distal ucunda radpopak işaretler (Marker) olmalıdır.
8. Kateterin Handle'ı üzerinde olmalıdır.
9. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Kateter radyoopak olmalıdır.
11. GENEL ÖZELLİKLER
 - 11.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 11.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 11.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 11.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 11.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 11.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doc. Dr. Süleyman DOLU
DEUTFLC Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Dip. Tesc. No: 124580 151969

Prof. Dr. Göksel BENLİ
Dip. Tesc. No: 102288-117988
Dip. Tesc. No: 10574
Dip. Tesc. No: 10574
Gastroenteroloji Uzmanı

22. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

512 SKLEROTEPAPİ İĞNESİ 209.0031

1. İğne Enjeksiyon yapmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. İğne Disposable ve tek lümenli olmalıdır.
3. Kateterin dış çapı kullanıcının isteğine göre 1.8 mm - 2.3 mm olmalıdır.
4. İğne'nin Kateter uzunluğu 240 cm olmalıdır.
5. İğne'nin dış kılıfı teflon olmalıdır.
6. İğne uzunluğu 4.0 mm veya 6.0 mm aralığında olmalıdır.
7. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
8. GENEL ÖZELLİKLER
 - 8.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 8.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 8.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 8.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 8.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 8.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doc. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF İc Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Böl. Teş. No: 124530 151969

Prof. Dr. Göksel BENLİ
Din 1461 No: 102258-117388
Gastroenteroloji Uzmanı

23. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

780 COLONOSCOPIC BIOPSY FORCEPS 209.0036

1. Ürün tekli steril paketlerde olmalıdır.
2. Ürün paslanmaz çelik spiral kılıflı olmalıdır.
3. Forceps iğnesiz olmalıdır.
4. Forceps "oval cup" şeklinde olmalıdır.
5. Forceps kulpları paslanmaz çelik olmalıdır.
6. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
7. Kateter uzunluğu 230cm olmalıdır.
8. 2.3mm kanal çaplı kolonoskoplarda kullanılabilmelidir.
9. Handle bölgesi dayanıklı plastik kaplı hydroc maddeden yapılmış olmalıdır.
10. GENEL ÖZELLİKLER
- 10.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 10.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 10.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 10.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 10.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 10.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doc. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF ile Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Böl. Teşh. No: 124680/151969

Prof. Dr. Gökseki BENLİ
Dip. Teşh. No: 102268-117988
Dip. Teşh. No: 10574
DEÜTF ile Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

30/06/2026 10:48:46

24. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

.783 REUSABLE ÇANAK DELİKLİ KAPAKLI BİOPSİ FORSEPS 209.0038

1. Teklif edilen forseps reusable olmalı 134 derece otoklava girebilmelidir.
2. Teklif edilen forseps kapakçıkları çanak şeklinde ve delikli olmalıdır.
3. Teklif edilen forseps 2.0mm çapındaki endoskoplarda kullanıma uygun olmalıdır.
4. Teklif edilen forseps shaft uzunluğu 1050 mm olmalıdır.
5. Teklif edilen forseps biopsi almaya uygun olmalıdır.

Prof. Dr. Can SEVİNÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Diploma No: 348-269
Ezamanlık Tescil No: 41827-39993

Prof. Dr. Aylin Özgen ALPAYDIN
D.E.Ü T.F. Göğüs Hast. Hast. A.D.
Dip. Tesc. No: 63589-91451

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

25. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

521 SCOPE DOUBLE BALLOON İÇİN 'BALON' 194.0042

1. Double balon enteroskopi cihazı ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Her balon ile birlikte Double balon yapılırken balonun hasta içerisinde düşmemesi için uç taraflarına takılacak plastik aparatlar ile birlikte verilmelidir.
3. Balon her hasta sonrası değişik yapıda olmalıdır.
4. GENEL ÖZELLİKLER
- 4.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 4.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 4.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 4.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 4.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Gökseçen BENGİ
Dip. Teş. No: 102259-117988
Dip. No: 10124
DEÜTF İc. Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı

Doç. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF İc. Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Bf. Teş. No: 104680-151969

06. Kalem
TEKNİK ŞARTNAME

509 ENDOSKOPIK KLİP 209.0040

1. Klip sisteme önceden yüklü, kullanıma hazır ve steril paketler halinde olmalıdır.
2. Klipler atılmadan önce tekrar açılıp kapanma özelliğine sahip olmalıdır.
3. Klip dişleri 11 mm yada 16mm genişlikte açılabilmelidir, kateter uzunluğu ihtiyaca göre 155 cm veya 235 cm olmalıdır.
4. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
5. 2,8 mm endoskop çalışma kanalıyla uyumlu olmalıdır.
6. Klip rotatable olmalıdır
7. GENEL ÖZELLİKLER
 - 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doc. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF İ. Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
D/İ. Tese: No: 124600.151969

Prof. Dr. Göksele BENLİ
Dip. Tes. No: 102258-117938
Dip. No: 10574
DEÜTF İ. Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10/07/2026 13:44:22

27. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

14357 ENDOSKOPIK ULTRASON İĞNESİ 22G FNA 218.0215

1. Kateter uzunluğu 140 (± 5) cm olmalıdır.
2. İğne ucu 22 G olmalıdır.
3. Setin içinde 10 cc veya 20 cc'lik vakum şırıngası olmalıdır.
4. Plastik handle ve bu handle'in üzerinde iğnenin pozisyonunu gösteren işaretler ve uzatma kilidi bulunmalıdır.
5. 22 G'luk iğne ucundan klavuz tel geçmelidir.
6. Handle üzerinde derinliği gösteren numaralar bulunmalıdır.
7. GENEL ÖZELLİKLER
 - 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doc. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF ile Hastalıklar
ve Gastroenteroloji
Dip. Tıp. No: 124680 151969

Prof. Dr. Göksel BENLİ
Dip. Tıp. No: 102268-17088
Dip. No: 10575
DEÜTF ile Hastalıklar ve
Gastroenteroloji Uzmanı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10/08/2026 10:09:27

28. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

9330 BİLİYER METAL STENT (233.0093)

1. Stent self-expandable olmalıdır.
2. Stent nitinolden imal edilmiş olmalıdır.
3. Stent flexible olmalıdır.
4. Stent kaplı, yarı kaplı ve kapsız olarak tercih edilebilmelidir.
5. Stentin dış çapı 10 mm olmalı ve uzunluğu 4-10 cm aralığında seçilebilmelidir.
6. Operasyon sırasında stentin pozisyonunu değiştirebilmek için stent introducer içerisine geri çekilebilmelidir.
7. Stent introduceri 8 mm ve çalışma uzunluğu minimum 65 cm olmalıdır.
8. Stentin distal ve proksimal uçlarında stentin çıkarılmasını kolaylaştıracak düzenleme olmalıdır.
9. Uygulama setinde güvenlik kilidi olmalıdır.
10. Uygulama setinde "cm" cinsinden uzunluk işareti olmalıdır.
11. Stent ile beraber 0,035" kılavuz tel kullanılabilmelidir.
12. Uygulama setinde enjeksiyon lümeni bulunmalıdır.
13. Radyal forsu güçlü olmalıdır.
14. GENEL ÖZELLİKLER
- 14.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 14.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 14.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 14.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nin ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 14.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 14.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Gökseil BENLİ
Dip. Tes. No: 102268-117988
Dip. No: 00574
DEÜTF İç Hastalıkları
Gastroenteroloji Uzmanı

Doç. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları
Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 124680-157069

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

846 ENDOBRONŞİYAL ULTRASON (EBUS) İLE KULLANILAN TRANSBRONŞİYAL ASPİRASYON İĞNESİ (TBIA) 255.0003

1. Hastanemizde mevcut olan Fuginon marka EB-530US modeli ile tam uyumlu EBUS cihazı için tasarlanmış 1 adet steril ve tek kullanımlık transbronşiyal ince iğne aspirasyon iğnesi (EBUS-TBIA) ile beraber 1 adet aspirasyon yapabilmek için kilitlenebilir özelliği olan vakum gücü yüksek musluklu 20 ml enjektör (bu enjektörün iç kısmında kilit mekanizması olmalı, Leur Lock'lu) verilmelidir.
2. EBUS-TBIA'nın iğne kontrol ünitesi, bronkoskop biyopsi valfi kitleme mekanizmasına sahip olmalıdır, böylece mevcut EBUS cihazı ile bire bir uyumlu olarak kullanılabilir.
3. EBUS-TBIA, EBUS cihazının çalışma kanalı ve distal ucundaki eklemel yapıya zarar vermeyecek ve endoskopun açılma kabiliyetini kaybettirmeyecek esneklikte olmalıdır.
4. İşlem esnasında ultrasonik görüntüde iğne görüntüsü kaybı yaşanmamalı; bunun için EBUS-TBIA ucu ekojenik tasarımı olmalıdır.
5. EBUS-TBIA, iğnenin saplanmasını ve farklı yerlerden örnek alınmasını kolaylaştırıcı paslanmaz çelik materyalden üretilmiş olmalıdır.
6. EBUS-TBIA; çalışma kanalı 2.0 mm ve 2.2 mm'lik EBUS cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır.
7. EBUS-TBIA, çalışma uzunluğu en fazla 690-700 mm olmalıdır.
8. EBUS-TBIA, 22 G (Yirmi iki Gauge) ve çapı en fazla 1,8 mm olmalıdır.
9. EBUS-TBIA'nın kılıf kilit mekanizması olmalı, kılıf boyu isteğe uygun olarak ayarlanabilmeli ve kilitlenebilmelidir. Tekrarlayan biyopsi işlemlerinde yeniden ayarlamaya gerek duyulmamalıdır.
10. 1.madde bahsi geçen ürünler fabrika ve üretim hatalarına karşı en az bir yıl garantili olmalıdır.
11. GENEL ÖZELLİKLER
- 11.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 11.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 11.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miiatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 11.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 11.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 11.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Arslan Özgen ALP
D.E.Ü.T.F. Göğüs Hast. Hast.
Dip. Tes. No: 63589-9115

Prof. Dr. Can SEVİNÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Diploma No: 348-269
Uzmanlık Tescil No: 41827-39893

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

30. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

847 ENDOBRONŞİYAL ULTRASON (EBUS) İLE KULLANILAN BALON 255,000 4

1. Balon lateks malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Balon steril paketlerde olmalıdır.
3. Hastanemizde mevcut olan Fuginon marka EB-530US endobronşiyal ultrason (EBUS) cihazı ile tam uyumlu olarak daha iyi ultrasonik görüntü sağlayabilmek amacıyla kullanılabilir.
4. Ürünler fabrika ve üretim hatalarına karşı en az bir yıl garantili olmalıdır
5. GENEL ÖZELLİKLER
 - 5.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 5.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 5.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 5.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 5.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
 - 5.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Aydın ÖZGEN ALPAY
D.E.Ü T.F. Göğüs Hast. Hast. A.D
Dip. Tes. No:63589-91451

Prof. Dr. Can SEVİNÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Diploma No: 348-269
Uzmanlık Tescil No: 41827-30893



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

30/06/2026 11:04:23

31. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

2113 ARGON PLAZMA KOAGULASYON KATETERLERİ 209.0054

1. APK probu gastroenterolojik uygulamalarda kullanıma uygun olmalıdır.
2. APK probu 2.2mm-2.3mm çapında olmalıdır.
3. APK probu tek kullanımlık olmalıdır.
4. APK propları steril pakette olmalıdır.
5. Hastanede kullanılan BOWA marka APK cihazı ile uyumlu olmalıdır.
6. APK propları önden akışlı olmalıdır.
7. GENEL ÖZELLİKLER
- 7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Doç. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF ve Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Dip. Tesc. No: 124680.151969

Prof. Dr. Göksele BENLİ
Dip. Tesc. No: 102258-117988
Dip. No: 1054
DEÜTF ve Hastalıkları ve
Gastroenteroloji
Dip. Tesc. No: 1054



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

03/07/2026 14:03:33

32. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

13139 ENDOSKOPIK ULTRASON KATETERİ 22G FNB (218.0372)

1. Endoskopik ultrason (EUS=Endosonografi) tekniği ile biyopsi yapmak için tasarlanmış olmalıdır.
2. FNA modelinin tanısıl olmadığı veya yetersiz olduğu durumlarda kullanılabilmelidir
3. Gelişmiş iğne esnekliği ve dayanıklılık için ürün iğne materyali Cobalt crom olmalıdır
4. Histolojik İşlemleri kolaylaştırır, kaliteli doku örnekleme için çok bıçaklı üçlü uç yapısına sahip olmalıdır.
5. Handle üzerinde iğne derinliği ve kılıf uzunluğunu ayarlayıcı tek el ile kullanılabilir ve tek düğmeli ayarlayıcılar bulunmalıdır
6. Gelişmiş iğne teknolojisine sahip olup V çentikli ve delikli lazer kesim iğneye sahip olmalıdır.
7. Tüm EUS endoskopi cihazları ile uyumlu olmalıdır.
8. EUS iğnesinin toplam uzunluğu ayarlanabilir ve 1375-1415 aralığında olmalıdır
9. EUS iğnesinin 22 G kalınlığında seçenekleri olmalıdır.
10. EUS iğnesinin iğne uzunluğu 80 mm ve ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
11. Kateterin dış çapı 1.8 mm olup 2.8 mm çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu olmalıdır.
12. Kılıf ile iğne arasında boşluk bulunmamalıdır.
13. Setin içinde 20 ml'lik kilitlenebilir özellikte olmak koşuluyla vakumlu şırınga olmalıdır.

14. GENEL ÖZELLİKLER

- 14.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 14.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 14.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 14.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 14.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 14.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
- 14.7. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirim kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Doc. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Dip. Tesc. No: 124680, 151969

Prof. Dr. Gökse Bengi
Dip. Tes. No: 102268-117985
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17/07/2026 15:10:33

33. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

14363 FİLELİ SNARE (209.0063)

1. Katater çapı 2,3 mm olmalıdır.
2. Katater uzunluğu 230 cm olmalıdır.
3. Katate rotatable olmalıdır.
4. Snare çapı 30*60 mm ve 40*75 mm olmak üzere alternatifli olmalıdır.
5. Snare fileli olmalıdır.
6. GENEL ÖZELLİKLER
- 6.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 6.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 6.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 6.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 6.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 6.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
- 6.7. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti halinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirimi kapsamında derhal geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Doc. Dr. Süleyman DOLU
DEÜTF İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Dip. Tes. No: 124680 151969

Prof. Dr. Göksele BENLİ
Dip. Tes. No: 102268-117088
DEÜTF İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17/07/2026 16:37:00

34. Kalem

TEKNİK ŞARTNAME

14381 İKİ UCUKLU DELİKLİ DOUBLE PİGTAIL STENT (233.0212)

1. Stentin her iki ucu kıvrak bir yapıda olmalıdır.
2. 10F çapında 7cm-10cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Stent ve uygulama sistemi aynı steril paket içerisinde olmalıdır.
4. Kılavuz kateter ve itici kateter üzerinde radyopak marker olmalıdır.
5. Kılavuz kateter en az 220cm uzunluğunda itici kateter ise en az 185cm uzunluğunda olmalıdır.
6. İki ucunda karşılıklı olmak üzere drenaj delikleri olmalıdır.
7. UBB kaydı mevcut olup ve barkod numaraları olmalıdır.
8. GENEL ÖZELLİKLERİ;
- 8.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 8.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 8.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanma tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 8.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT Kodları ile eşlenmiş, SGK'nin ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı yazılı olarak taahhüt edilmelidir.
- 8.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olmalıdır. Ayrıca yüklenici firma, ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi'nde (ÜTS) satın alınan ürünün kurumumuza satıldığına ilişkin bildirimde bulunmalıdır.
- 8.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
- 8.7. Tedarikçi firma, tıbbi sarf malzemelerin kullanım süresince oluşabilecek beklenmeyen advers etkiler veya ürünle ilgili hataların tespiti hâlinde, söz konusu malzemeleri materyovijilans bildirimini kapsamında derhâl geri çekmeyi ve ilgili ürünlerin yenileriyle değişimini ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Doç. Dr. Süleyman DOLU
DEUT İç Hastalıkları
ve Gastroenteroloji
Dip. Tesc. No: 124680.151969

Prof. Dr. Gökse BENLİ
Dip. Tesc. No: 102208-117988
Dip. No: 10574
DEUT Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı