



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265597

İLAN

09/09/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

**TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 15/09/2026 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

#### MAL / HİZMET

#### MİKTAR

#### İSTEK NEDENİ

|   |                                |           |                                                                                      |
|---|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | KAMERA KONTROL UNİTESİ ONARIMI | 1,00 ADET | GEN CER ENDOVİZYON SİSTEMİNİN AIDA KAYIT CİHAZI ARIZALI ARA BAĞLANTI KABLOLARI KIRIK |
|---|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**Marka/Model /Seri No :** SICIL NO: 200000869  
REFERANS NO: RF20000869  
DEMİRBAŞ ADI: ENDOSKOPIK (LAPAROSKOPIK) -ENDOVİZYON(KULE SİSTEMİ ) (STORZ / TC200 - FS-P2604D+TC300+TH100+20161401-1+495NCSC+UI400+20400027+WD350+39501B2+39301Z3TS+E01-L+D-EPT2+30103EP+30103M2+30103H8+03120-10)  
MARKA-MODEL: KARL STORZ TC200-FS-P2604D+TC300+TH100+20161401-1+495NCS+UI400+20400027+WD350+39501B2+39301Z3TS+E01-L+D-EPT2+30103EP+30103M2+30103H8+03120-10  
SERİ NO: ZQ104091  
Ayn No: 78611Ozel Dno:  
TKKY NOTU:  
ZİMMET: ŞÜKRAN AVCU - 21/05/2026  
BULUNDUĞU YER: AMELİYATHANE(AMELİYATHANE SORUMLUSU)  
TEDARİKÇİ ADI: GENTEK MEDİKAL VE TEKNİK CİHAZLAR TİCARET SANAYİ A.Ş.  
ALIM FİYATI: 504900  
GARANTİ: H - (20/02/2020 - 20/02/2023)  
FATURA: -  
KESİN KABUL NO: 2020 - 1363  
GARANTÖR ADI:.

**Arıza No :** 487306

**TEKLİF NO** 20265597

**ÖDEME SÜRESİ** 90

**NOT** : KAMERA KONTROL UNİTESİ ONARIMI

**MÜRACAT** : HATICE ACAR

**E\_MAIL** hatice.acar@deu.edu.tr

**TEL** :

**NOT :** Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS\_0023

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|                                             |      |   |
|---------------------------------------------|------|---|
| 541.0352.001 KAMERA KONTROL UNİTESİ ONARIMI | ADET | 1 |
|---------------------------------------------|------|---|

#### 1. GENEL ÖZELLİKLER

#### 2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12635) KAMERA KONTROL UNİTESİ ONARIMI

Açıklama : KAMERA KONTROL UNİTESİ ONARIMI

1. Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar, arızalı cihazın yetkili servisi olduğunu belgelendireceklerdir.
2. Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) onarım yapılan cihaz ve/veya yedek parça değişimi yapılan malzemeler için en az 6(altı) aylık garanti taahhütnamesi verecektir.
3. İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır. Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
4. İstekli firma; arıza tespiti yaparken bulunduğu alanda yapabiliyorsa cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirecektir. Yapamıyorsa hastane idaresinin onay vermesi halinde kendi servisinde arıza tespiti yapacaktır.
5. İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde düzenlediği teknik servis arıza tespit formunda belirtilecek ve ayrıca fiyat teklifi ile birlikte hastane idaresine ibraz etmelidir.
6. Firma sipariş almadan onarım yapmamalıdır, yapması durumunda; oluşabilecek olumsuz durumlar için tutanak tutularak cezai işlem başlatılır. İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa fonksiyonel kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
7. Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8. Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
9. Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
10. Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş ) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.

N.A