# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

**Teklif No: 20266557**

# İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **02/11/2026** **TARİHİ, SAAT** **10:00** **'E/A KADAR** **EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI** TEKLİFLERİNİ **(KDV HARİÇ)** ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

| | ALIM KONUSU MALZEMELER | MİKTAR | |
|---|---|---|---|
| 1 | HIDROFILIK EXC.GUIDEWIRE 0.035 INCH J 260 CM | 60,00 | ADET |
| 2 | IZOLE EDILMIS STIFF EXC. GUIDEWIRE 0.035 INCH J 260 CM | 60,00 | ADET |
| 3 | MICRO PUNCTURE SET(MINI STICK 4F) | 40,00 | ADET |
| 4 | HEADHUNTER KATETER 5F 125CM | 30,00 | ADET |

**ÖDEME SÜRESİ:** 180 GÜN

**TEKLİF NO** : 20266557

**NOT** : TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE UBB BELİRTİLMELİDİR.

**İLGİLİ KİŞİ** : SIMGE ÖZBAY

**TEL** : 2324122408

**E-MAIL** : simge.ozbay@deu.edu.tr

***Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**



FORM NO: MYS_0072

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
# Uygulama ve Araştırma Hastanesi

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 219.0061.000 | HIDROFILIK EXC.GUIDEWIRE 0.035 INCH J 260 CM | ADET | 60 |
| 219.0067.000 | IZOLE EDILMIS STIFF EXC. GUIDEWIRE 0.035 INCH J 260 CM | ADET | 60 |
| 247.0016.000 | MICRO PUNCTURE SET(MINI STICK 4F) | ADET | 40 |
| 218.0360.000 | HEADHUNTER KATETER 5F 125CM | ADET | 30 |

## 1.GENEL ÖZELLİKLER

## 2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

**(13716) IZOLE EDILMIS STIFF EXC. GUIDEWIRE 0.035 INCH J 260 CM**

**Açıklama : IZOLE EDILMIS STIFF EXC. GUIDEWIRE 0.035 INCH J 260 CM**

**1.** 0.035 kalınlığında 260 cm uzunluğunda nitinol yapıda olmalıdır.

**2.** Ucu j şeklinde açılı, atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.

**3.** Tamamen hidrofilik yapıda olmalıdır.

**4.** One - piece özelliğine sahip olmalı, tek bir parçadan oluşmalı ve uç kısmı ayrıca yapıştırılmış olmamalıdır.

**5.** İyi düzeyde torque özelliğine sahip olmalıdır.

**6.** GENEL ÖZELLİKLER

**6.1.** Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

**6.2.** Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 14 ay olmalıdır.

**6.3.** Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.

**6.4.** Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.

**6.5.** Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.

**6.6.** Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

**7.** Stiff özellikte olmalıdır.

**(4687) HIDROFILIK EXC.GUIDEWIRE 0.035 INCH J 260 CM**

**Açıklama : HIDROFILIK EXC.GUIDEWIRE 0.035 INCH J 260 CM**

**1.** 0.035 kalınlığında 260 cm uzunluğunda nitinol yapıda olmalıdır.

**2.** Ucu J şeklinde açılı, atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.

**3.** Tamamen hidrofilik yapıda ve poliüretandan üretilmiş M-polimer veya elastomer kaplı olmalıdır.

**4.** One-piece özelliğine sahip olmalı, tek bir parçadan oluşmalı ve uç kısmı ayrıca yapıştırılmış olmamalıdır.

**5.** İyi düzeyde torque özelliğine sahip olmalıdır.

**6.** CE belgesine sahip olmadır.

**7.** GENEL ÖZELLİKLER

**7.1.** Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

**7.2.** Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.

**7.3.** Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.

**7.4.** Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.

**7.5.** Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.

**7.6.** Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

**(5211) MICRO PUNCTURE SET(MINI STICK 4F)**

**Açıklama : MICRO PUNCTURE SET(MINI STICK 4F)**

**1.** 0,018 platinyum ucu yumuşak,sert şaftlı klavuz tel ve 4F ve 5F dilatörden oluşan koaksiyal 0,018 teli rahat takip edebilecek dilatörün uç kısmı eksizyon yapmaksızın geçişe uygun bir sistem olmalıdır.

**2.** Bir mikro tek duvar ponksiyon iğnesi bulunmalı,pediatrik hastalar için 21 gauge 4 cm,erişkin için 21 gauge 7 cm boyutlarında olmalıdır.

**3.** Küçük dilatör çekildiğinde 4F dilatörün içi 0,035 inch kılavuz tel kabul edebilecek lümene sahip olmalıdır.

**4.** Özellikle skarlı, daha önce anjiyografi yapılmış arterlerden ve çocuk hastalarda ince damarlardan girilirken yüksek performans göstermelidir.

**5.** Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

**6.** Klavuz tel platin uçlu paslanmaz çelik ya da nitinol olmalıdır.

**7.** 4F ya da 5F seçenekleri olmalıdır.

**8.** Dilatör 10 cm uzunluğunda olmalıdır.

**9.** İçeriğindeki her ürün ayrı olarak paketlenmiş olmalıdır.

**10.** GENEL ÖZELLİKLER

**10.1.** Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

**10.2.** Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.

**10.3.** Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.

**10.4.** Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
# Uygulama ve Araştırma Hastanesi

**10.5.** Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
**10.6.** Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

**(11303) HEADHUNTER KATETER 5F 125CM**

**Açıklama : HEADHUNTER KATETER 5F 125CM**

**1.** Damar sistemindeki belirlenmiş bölgelere radyoopak mazdde ve tedavi edici madde göndermek için çift tel örgülü , yumuşak pebax plastik ile üretilmiş olmalıdır.
**2.** Kateterin 4F, 5F, ve 6F ölçülerinde olmalıdır. 4F kateterin iç çapı en az 0.041" , 5F kateterin iç çapı en az en az 0.045", 6F kateterin iç çapı en az 0.056" olmalıdır.
**3.** 4F, 5F ve 6F kateter uzunluk olarak 125cm ölçülerinde olmalıdır.
**4.** Kateterler 4F, 5F ,6F çapında 125cm uzunluğunda değişik işlemlerde kullanılmak üzere, Düz(straight), Vertebral, simmons(1,2,3), Headhunter1, Multipurpose C, Multipurpose D şekillerine sahip olmalıdır.
**5.** 1200 PSI basınca dayanıklı, tork kontrolü 1:1 olmalıdır.
**6.** Kateter üzeri kayganlaştırıcı olan hidrofilik ile kaplı, en uç kısmı yumuşak radyoopak bir yapıda olmalıdır.
**7.** Kateterler, içinden 0.038 inch kılavuz tel geçecek kadar geniş lümene sahip olmalıdır.
**8.** Önceden şekillendirilmiş olan uçlarının damara girişte yönlendirilirken klavuz tel ile düzeltildiğinde tekrar eski haline hızlı gelen kuvvetli hafızası olmalıdır.
**9.** Kateterin bağlantı ucu (hub) universal luer lock sistemine uygun şeffaf plastikten mamul olmalıdır. Hub üzerine ismi, ölçüsü ve uzunluğu yazılı olmalıdır.
**10.** Kateter arka yüzü Tvyek, ön yüzeü şeffaf ambalajının içerisinde steril olmalıdır.
**11.** GENEL ÖZELLİKLER
**11.1.** Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
**11.2.** Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
**11.3.** Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
**11.4.** Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
**11.5.** Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
**11.6.** Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.