



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20266095

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GİZLİ KAN TESTİ (MANUEL)	525,00	TEST
---	--------------------------	--------	------

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20266095

NOT : GİZLİ KAN TESTİ

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

146.0057.000	GIZLI KAN TESTİ (MANUEL)	TEST	525
--------------	--------------------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
GAİTADA GİZLİ KAN TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu teknik şartname ile teklif veren firmalardan toplam **525 testlik** gaitada gizli kan testi analizine yönelik kit ve solüsyon temini istenmektedir.
2. Ölçüm kiti **kaset formatında** olmalı ve sonuçlar dışkı örneği üzerinden değerlendirilmelidir.
3. Kaset testler **insan hemoglobinine (hHb) spesifik/duyarlı** olmalı; gıdalarla alınabilecek hayvan menşeli hemoglobinler ile reaksiyona girmeyerek yalancı pozitif sonuçlara yol açmamalıdır.
4. Kit, **immunokromatografik** prensiple çalışmalıdır.
5. Kaset ile birlikte **örnek toplama tüpü** verilmeli ve ekstraksiyon solüsyonu tüpün içerisinde kullanıma hazır halde bulunmalıdır.
6. Kitin hemoglobine duyarlılığı en az **20 ng/mL** seviyesine kadar olmalıdır.
7. Ambalajlar üzerinde; üretici firma adı, test adedi, son kullanma tarihi (SKT) ve lot numarası net bir şekilde yer almalıdır.
8. Kitler, kurumumuza teslim tarihinden itibaren **en az 6 ay miadlı** olacaktır. Miadı yaklaşan ürünler, son kullanma tarihine en az 2 ay kala firmaya bildirilmek kaydıyla yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.
9. Kitlerin doğru çalıştığını teyit etmek amacıyla, kit içeriğinde **internal kontrol** mutlaka bulunmalıdır.
10. Rutin çalışmalar esnasında kit kaynaklı bir problem yaşanması durumunda, firma sorunlu kitleri yeni lot numaralı ve sorunsuz çalışan kitlerle derhal değiştirecektir.
11. Kurumun talebi doğrultusunda firmalar, teklif ettikleri kitin orijinal ambalajında **1 (bir) kutu** numuneyi (pozitif kontrolü ile birlikte) teklif verme aşamasında ihale komisyonuna deneme amaçlı sunacaklardır.


Prof. Dr. Sezer UYSAL
Merkez Laboratuvarı Başkanı
Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı
Dip No: 7042 Tescil No: 74056