# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

**Teklif No: 20266353**

# İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **16/10/2026** **TARİHİ, SAAT** **14:00** **'E/A KADAR** **EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI** TEKLİFLERİNİ **(KDV HARİÇ)** ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

| | ALIM KONUSU MALZEMELER | MİKTAR | |
|---|---|---|---|
| 1 | AMELIYAT GOZLUGU(LOUPE)(LOOP) | 2,00 | ADET |

**ÖDEME SÜRESİ:** 90 GÜN

**TEKLİF NO** : 20266353

**NOT** : TEKLİFLERDE MARKA-MODEL ÜTS BELİRTİLMELİDİR.

**İLGİLİ KİŞİ** : BINAY YEŞİLYAYLA

**TEL** : 4123945

**E-MAIL** : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

*** TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**

*** TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR**

***Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**



FORM NO: MYS_0072

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
# Uygulama ve Araştırma Hastanesi

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 442.0362.000 | AMELIYAT GOZLUGU(LOUPE)(LOOP) | ADET | 2 |

## 1.GENEL ÖZELLİKLER

## 2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

**(14632) AMELIYAT GOZLUGU(LOUPE)(LOOP)**

**Açıklama : AMELIYAT GOZLUGU(LOUPE)(LOOP)**

**1.** 1. TEKNİK ÖZELLİKLER
A. BİNOKÜLER CERRAHİ LOUPE

1.1. Sistem, ameliyathane ve cerrahi uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış binoküler cerrahi loupe olmalıdır.

1.2. Loupe 3,5 ya da 4.0 veya 4,5 büyütme özelliğine sahip olmalıdır.

1.3. Optik sistem cerrahi dokuların detaylarının ayırt edilmesine uygun, yüksek çözünürlük ve doğal renk aktarımı sağlamalıdır.

1.4. Pupiller arası mesafe (PD/IPD) kullanıcıya göre ayarlanabilir olmalıdır. Sağ ve sol optik sistemlerin kullanıcıya özel hizalanmasına olanak sağlamalıdır.

1.5. Loupe, farklı cerrahi çalışma pozisyonlarına uygun çalışma mesafelerinde temin edilebilmeli yaklaşık 350 - 500 mm çalışma mesafesi seçeneklerini desteklemelidir.

1.6. Sistem, kullanıcıya özel optik ayar ve ölçülendirme yapılmasına uygun, ergonomik ve uzun süreli kullanıma elverişli yapıda olmalıdır.

1.7. Optik sistem, görüş hattından kaldırılmasına olanak sağlayan flip-up veya teknik olarak eşdeğer mekanizmaya sahip olmalıdır.

**2.** B. KULLANICIYA ÖZEL AYAR VE AKSESUARLAR

1.8. Ürün, kullanıcıya özel PD, çalışma mesafesi, optik hizalaması olmalıdır.

1.9. Kutusu veya çantası ve optik temizlik ekipmanları beraberinde verilmelidir.

1.10. Teklif edilen ürünün büyütme oranı, PD aralığı, çalışma mesafesi, renk sıcaklığı, CRI değeri ve kullanım süresi üretici teknik dokümanı ile belgelenmelidir.

1.11. CE belgesi olacaktır.

1.12. En az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.

A.T