DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20266412

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **22/10/2026** **TARİHİ, SAAT** **14:00** **'E/A KADAR** **EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI** TEKLİFLERİNİ **(KDV HARİÇ)** ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

	ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR	
1	TAM YUZ GAZ MASKESI	16,00	ADET
2	TRAVMA TAHTASI	8,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20266412

NOT : TEKLİFLERDE MARKA-MODEL ÜTS BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

*** TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**

*** TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR**

***Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0003.000	TAM YUZ GAZ MASKESI	ADET	16
442.0043.000	TRAVMA TAHTASI	ADET	8

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14694) TAM YUZ GAZ MASKESI

Açıklama : TAM YUZ GAZ MASKESI

1. Tam yüz maskesi EN136:1998 sınıf 3'e uygun onayı bulunmalıdır.

2. Tam yüz maskesi filtre bağlantısı EN 148-1 normuna uygun vidalı Rd40 bağlantı şeklinde olmalıdır.

3. Tam yüz maskesi 5 ayrı noktadan,ayarlanabilir,sağlam kayışlara sahiptir ve takıldıktan sonra sızıntı olmamalıdır.

4. Tam yüz maskesinin silindirik olarak eğim verilmiş,yatay ve dikey düzlemde panoramik geniş görüş açısına ve vizore sahip olmalıdır.

5. Tam yüz maskesinin vizorleri yüksek optik kaliteye sahip,çizilmeye karşı korumalı plexiglass (PMMA) malzemeden yapılmış olmalıdır.

6. Tam yüz maskesinin yanında arkadan boyna asılmalı aparatı olmalıdır.

7. Dış taraftan panoramik cam ile filtre takılması gereken yerde kelepçe olup düşme esnasında cama zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

8. CE 0158 normlarına uygun olmalıdır.

9. Tam yüz maskesi içerisinde sesi dışarı verme valfi olmalıdır,gerektiğinde be valf içerisinde küçük mikrofon takılabilmelidir.

10. Tam yüz maskesi içerisinde yüz oturduktan sonra burun kısmında buruna zarar vermeyecek ve rahat nefes almasını sağlayacak delikler bulunmalıdr.

11. Cam kısmın üstündeki mavi koruyucu R55800 sert cisim özelliğini taşımalıdır.

12. Tam yüz maskesi kutusu üzerinde tüm kullanım şekillerini gösterecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

13. Yaklaşık ağırlığı 300gr olmalıdır.

A.T

(5916) TRAVMA TAHTASI

Açıklama : TRAVMA TAHTASI

1. KONU: Bu teknik şartname, DEÜTF Hastanesi Başhekimliğinin ihtiyacı olan "Travma tahtası" ile ilgili istenilen tıbbi ve teknik özellikleri kapsar.

2. Travma tahtası eğilmeye, kırılmaya, çatlamaya ve hastanemizde kullanılan dezenfektan kimyasallarına karşı yüksek dayanıklılık içeren özel plastik veya plastik türevi malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

3. Yüzeyi leke ve kan tutmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.

4. Su geçirmez ve yanmaz özellikte olmalıdır.

5. Travma tahtası suda batmamalıdır. Travma tahtasının yanlarından rahatça tutup kaldırılabilmesi için kenar kısımları yerden parmak girecek kadar yüksek olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

6. Koku yapmamalıdır.

7. X ışınları geçirgen ve MR uyumlu olmalıdır.

8. Travma tahtası ağırlığı maksimum 6 kg olmalıdır.

9. Travma tahtası uzunluğu 185 (+/-5) cm, eni 45 (+/-5) cm yüksekliği de 4,5 - 5cm olmalıdır.

10. Travma tahtası Avrupa normlarına göre EN 1865 standart testlerinin öngördüğü 600kg yükleme testi raporu olmalıdır. Bu rapor teklifle birlikte sunulmalıdır.

11. Travma tahtası en az her iki yanında 6'şar adet ve her uçta 2 adet olmak üzere toplam 16 adet el tutma boşluğu bulunmalı ve bu boşluklar emniyet kemeri boşluğu olarak ta kullanılabilir özellikte olmalıdır. Bu boşluklar el ile kavramada pozisyon zorluğu yaşatmamalıdır.

12. Travma tahtasına baş sabitleyici kolayca bağlanabilmen ve baş sabitleyici bağlantıları koruma bölümü olmalıdır.

13. Orijinal kutusunda olmalıdır.

14. Teklif verecek firmalar numune getirmeli ve İlgili birim yönetiminden uygunluk almalıdır.

15. Tekrar kullanılabilmelidir.

16. Belirtilmeyen hususlarda idari şartname hükümleri geçerlidir.

A.T