DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20266490

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **26/10/2026** **TARİHİ, SAAT** **14:00** **'E/A KADAR** **EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI** TEKLİFLERİNİ **(KDV HARİÇ)** ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

	ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR	
1	NEM OLCER (TERMOHIGROMETRE) CIHAZI	50,00	ADET
2	GUVENLIKLI ADLI ORNEK TASIMA CANTASI	2,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20266490

NOT : TEKLİFLERDE MARKA-MODEL ÜTS BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

*** TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**

*** TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR**

***Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0191.000	NEM OLCER (TERMOHIGROMETRE) CIHAZI	ADET	50
442.3956.000	GUVENLIKLI ADLI ORNEK TASIMA CANTASI	ADET	2

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14845) GUVENLIKLI ADLI ORNEK TASIMA CANTASI

Açıklama : GUVENLIKLI ADLI ORNEK TASIMA CANTASI

1. Güvenlikli adli örnek taşıma çantası hacmi en az 5 litre olmalıdır.

2. Dış ölçüler: En az 30x23x25 cm olmalıdır. İç ölçüleri 17x15x15 cm olmalıdır.

3. Kapakta yer alan kapak seperatörü kapak bağlantı elemanlarına sahip olmalıdır.

4. Kapak seperatörü kırılmaz orjinal hammadden ve plastik enjeksiyon tekniğiyle üretilmiş olmalıdır.

5. Seperatöler kapağa veya gövdeye paslanmaz bağlantı elemanlarıyla sabitlenmelidir.

6. 1 adet kilitleme sistemi olmalı,kendiliğinden açılmalar önlenebilmelidir.

7. Ürünün kilitlenmesine veya mühürlenmesini sağlayan paslanmaz çelik kilidi olmalıdır. Çelik kilit yaylı olmalıdır ve mühürlenebilmesi için delikli dili olmalıdır.

8. Ürün hem elde hem omuzda taşınabilmelidir. Omuz kemeri ayarlanabilir olmalıdır.

9. Etiket üzerinde güvenlik uyarı yazıları olmalıdır.

10. Taşıma çantasının rengi mavi,kırmızı veya turuncu olmalıdır.

11. Adli örnek taşıma çantasının içi-dışı sert plastikten dayanıklı olmalıdır.

12. Adli örnek taşıma iç yüzeyi pürzsüz ve dezenfektanlarla temizliği kolay olmalıdır.

A.T

(14392) NEM OLCER (TERMOHIGROMETRE) CIHAZI

Açıklama : NEM OLCER (TERMOHIGROMETRE) CIHAZI

1. İç ve dış ortam sıcaklığı ölçümüne uygun olmalıdır. Bulunduğu yerin dijital olarak sıcaklık ve nemini göstermelidir.

2. İç ortam sıcaklık ölçüm aralığı minimum -10 ...+60°C arası olmalıdır. Kablosuz olmalıdır.

3. Max / Min Değer Göstergesi olmalıdır. En son reset tuşundan itibaren, Min - Max - Reset tuşları ile istendiği zaman en yüksek ve en düşük ısı ve nem değerlerini göstermelidir.

4. Cihaz led ekran olmalıdır. Aynı anda ekranında sıcaklık ve nem değeri gözlemlenebilmelidir. Cihaz boyutları minimum 100×100 mm olmalıdır.

5. Nem ölçüm aralığı en az 10 - 99% Rh olmalıdır.

6. Ölçüm doğruluğu -/+ 1C'yi, Nem : ±% 5 Rh geçmemelidir. Çözünürlük: 0.1°C, Nem : 1 Rh olmalıdır.

7. Termometreler firma tarafından kalibrasyonları yapılmış olarak, kalibrasyon belgesi ile birlikte teslim edilmelidir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

8. Tek tek paketlenmiş olmalı üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.

9. Duvara asma aparatı olmalıdır.İsterseniz Duvara monte edebilir veya masaüstünde kullanabilir olmalıdır.

10. Yazı yüksekliği minimum 3 cm olmalıdır.

11. 2 Adet AAA tip pil ile çalışmalıdır. Pil azalıyor ikazı olmalıdır.

12. İki yıl garantili olmalıdır.

N.A