DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20267104

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **18/11/2026** **TARİHİ, SAAT** **12:00** **'E/A KADAR** **EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI** TEKLİFLERİNİ **(KDV HARİÇ)** ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

	ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR	
1	DATA LOGGER ISI TAKIP CIHAZI	6,00	ADET
2	EMNIYETLI BUNSEN BEKI	10,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20267104

NOT : TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

*** TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**

*** TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR**

***Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.1262.000	DATA LOGGER ISI TAKIP CIHAZI	ADET	6
442.3957.000	EMNIYETLI BUNSEN BEKI	ADET	10

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14733) EMNIYETLI BUNSEN BEKI

Açıklama : EMNIYETLI BUNSEN BEKI

1. Bu teknik şartname, aşağıdaki özelliklere sahip bir Emniyetli Bunsen Beki'nin satın alınmasına ilişkin şartları kapsar.

2. Bek, doğal gaz, propan ve bütan gazı ile sorunsuz çalışabilmelidir.

Bu gaz türlerinin her biri için gerekli olacak ise enjektör veya diğer uyum parçaları, her gaz tipi için ayrı ayrı en az 3'er adet olarak teslim edilecektir.

Söz konusu parçalar, içeriği paket üzerinde açıkça yazılı olacak şekilde ayrı ayrı paketlenecektir.

Beklerin belirtilen gaz türleri ile çalışması için herhangi bir ilave parçaya ihtiyaç duyulmuyor ise, bu durum üretici firmanın resmi teknik dokümanları ile belgelendirilecek,ve/veya yüklenici firma taahütname verecektir.

3. Bekin alev miktarı ayarlanabilmelidir.

4. Bek ve hortumu (en az 2 metre) takım halinde olmalıdır.Hortum çapına uygun kelepçeleri ile birlikte teslim edecektir.

5. Bek, mavi alev verebilmelidir.

6. Çakmak veya kibrit gerektirmeyen otomatik ateşleme sistemi olmalıdır.

7. Bek, açma kapama düğmesi ile ateşlenebildiği gibi gerektiğinde ayak pedalı ve optik sensör ile de ateşlenebilmelidir. Ayak pedalı bek ile birlikte verilmelidir.

8. Bek, devrilmeme özellikli olmalıdır.

9. Cihazı eğerek kullanabilmek için tabanında katlanır stand olmalıdır.

10. Cihazın düğmeleri ısıya dayanıklı olmalıdır.

11. Cihaz aşırı ısınmaya karşı korumalı olmalıdır.

12. Alevin gücü ve boyu ayarlanabilir olmalıdır.

13. Cihazda gaz sızıntısını önleyici sistem olmalıdır. Ateşin yanlışlıkla sönmesi durumunda cihaz, gaz kaynağını otomatik olarak kapatabilmelidir.

14. Bek, alev ile sterilizasyon kullanımına uygun olmalıdır.

15. Ürün için laboratuvardan uygunluk alınmalıdır. Ürün lab. mevcut gaz sistem ile sorunsuz çalışmalıdır.
Ürün güncel standartlarda üretilmiş olmalı. TSE ve/veya CE belgesi olmalıdır.

16. Cihazın montajı, yüklenici firma tarafından yapılacak ve cihaz çalışır vaziyette teslim edilecektir.

17. Yüklenici firma, ürünün kullanılacağı laboratuvarda gerekli işlevsellik, uygunluk ve güvenlik testlerini yapacak ve cihazın kullanıma hazır olduğuna dair bir "Servis Kabul Formu" düzenleyecektir. Bu form, ilgili laboratuvar sorumlusu tarafından onaylanarak yazılı kabul alınacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

18. En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Bu garanti süresi içinde, üründe ortaya çıkacak her türlü malzeme ve/veya imalat hatası, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak onarılacaktır.Garanti kapsamında, ürünün periyodik bakımı gerekli ise veya bir arıza nedeniyle yapılan müdahale sırasında bakım ihtiyacı tespit edilirse, bu bakım hizmetleri de yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

A.T

(14849) DATA LOGGER ISI TAKIP CIHAZI

Açıklama : DATA LOGGER ISI TAKIP CIHAZI

1. Datalogger cihazı; bilgisayar programı üzerinden yapılan ayar ile sadece ortamda bulunan sıcaklık değerini kayıt etmelidir.

2. Datalogger cihazının 32.000 kayıt kapasitesi bulunmalıdır.

3. -30°C ile +70°C arasaında ölçüm yapabilmelidir.

4. Üzerinde bulunan usb portu ile bilgisayara bağlanabilmelidir.

5. Bilgisayara bağlanıldığında, ekstra bir yazılıma gerek duymadan kayıtları otomatik olarak PDF formatında vermelidir. Cihaz ile birlikte 1(bir) adet yazılım CD'si verilmelidir.

6. Datalogger ekranından görülebilecek bilgiler; durum ekranı, kayıt kapasitesi ekranı, zaman ekranı, tarih ekranı, Maks. sıcaklık göstergesi, Min. sıcaklık göstergesi , sıcaklık üst limit göstergesi, sıcaklık alt limit göstergesi vb. bilgiler olmalıdır.

7. Datalogger'da alt ve üst limitlere alarm kurulabilmelidir.

8. Datalogger'ın görsel alarm özelliği bulunmalıdır.

9. Elde taşınabilir özellikte olmalıdır.

10. Cihazın pil durumu ekrandan takip edilebilmelidir.

11. Datalogger'ın yazılımı yanında gelen CD ile bilgisayara yüklenmeli ve programdan cihazın kayıt aralığı 10 saniyeden 24 saate kadar istenildiği gibi ayarlanabilmelidir.Cihazın bilgisayar arayüz programından, kaydettiğiniz veriler ile ilgili grafik ve rapor dökümlerini incelenebilmelidir. Aynı zamanda incelenen bu verileri; Excel, Word, PDF veya TXT formatında bilgisayara kaydedilebilmelidir.

12. IP67 su ve toz geçirmezlik standartı olmalıdır.

13. Cihaz CR2032 pil ile çalışmalıdır ve cihazın yanında 1(bir) adet pil verilmelidir.

14. Cihazın CE belgesi olmalıdır.

15. Cihaz en az 2 yıl garantili olacaktır.

16. Merkez laboratuvarı ve klinik mühendislik biriminden onay almayan cihaz kabul edilmeyecektir.

17. Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.

N.A