DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20267124

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **16/11/2026** **TARİHİ, SAAT** **10:00** **'E/A KADAR** **EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI** TEKLİFLERİNİ **(KDV HARİÇ)** ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

	ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR	
1	ENDOSKOPİK DOUBLE PIGTAIL PLASTIK DRENAJ STENTİ	20,00	ADET
2	ENDOSKOPİK KAPLI PANKREATİİK PSÖDOKİST METAL STENT	10,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 180 GÜN

TEKLİF NO : 20267124

NOT : TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE UBB BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : SIMGE ÖZBAY

TEL : 2324122408

E-MAIL : simge.ozbay@deu.edu.tr

***Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

233.0057.000	ENDOSKOPİK DOUBLE PIGTAIL PLASTIK DRENAJ STENTİ	ADET	20
233.0208.000	ENDOSKOPİK KAPLI PANKREATİİK PSÖDOKİST METAL STENT	ADET	10

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14982) ENDOSKOPİK KAPLI PANKREATİİK PSÖDOKİST METAL STENT

Açıklama : ENDOSKOPİK KAPLI PANKREATİİK PSÖDOKİST METAL STENT

1. Stent, pankreatik psödokistlerin endoskopik ultrasonografi (EUS) eşliğinde transmural drenajında kullanılmaya uygun olmalıdır.

2. Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) özellikte olmalıdır.

3. Stent nitinol materyalden üretilmiş olmalıdır.

4. Stent biyouyumlu silikon veya eşdeğer polimer materyal ile tamamen kaplı olmalıdır.

5. Stentin orta gövde çapı 14 mm, uzunluğu 25 mm yada orta gövde çapı 14 mm, uzunluğu 25 mm olmalıdır.

6. Stent yeterli fleksibiliteye sahip olmalı, anatomik yapılara uyum sağlayabilmelidir.

7. Stentin her iki ucu migrasyonu önlemeye yardımcı olacak şekilde genişletilmiş veya sabitleyici özellikte olmalıdır.

8. Stentin radyal kuvveti drenaj açıklığını koruyacak yeterlilikte olmalıdır.

9. Stent, endoskopik ve floroskopik görüntüleme altında konumlandırılabilmeli, radyoopak işaretleyicilere sahip olmalıdır.

10. Stent taşıyıcı sistemi, terapötik ekoendoskopun çalışma kanalından uygulanmaya uygun olmalıdır.

11. Stent uygulama sistemi, stentin kontrollü ve güvenli şekilde açılmasına olanak sağlamalıdır.

12. Uygulama aparatı üzerinde istemsiz açılmayı önleyen güvenlik mekanizması bulunmalıdır.

13. Stent, üreticinin belirttiği çapta kılavuz tel üzerinden uygulanabilmelidir.

14. Stentin yerleştirilmesi sırasında taşıyıcı sistemde kırılma, bükülme veya işlev kaybı olmamalıdır.

15. Stent endoskopik yöntemle çıkarılmaya uygun olmalıdır.

16. Ürün steril, tek kullanımlık ve orijinal ambalajında olmalıdır.

17. Ürünün marka, model, çap, uzunluk, lot numarası ve son kullanma tarihi ambalajında belirtilmelidir.

18. Ürün ilgili tıbbi cihaz mevzuatına uygun olmalı ve gerekli ÜTS kayıtları bulunmalıdır.

19. Teklif veren firmalar ürünün teknik özelliklerini gösteren katalog sunmalıdır.

20. İdare gerekli gördüğünde ürünün uygunluğunu değerlendirmek amacıyla numune talep edebilmelidir.

21. Teslim tarihinde ürünün kalan raf ömrü toplam raf ömrünün en az 2/3?ü kadar olmalıdır.

22. Son kullanma tarihine 3 ay kalan kullanılmamış ürünler, idarenin talebi doğrultusunda uygun miatlı ürünlerle değiştirilmelidir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

23. 25 mm uzunluk ve belirtilen çapın üretici kataloglarında doğrulanması gerekir.

(6105) ENDOSKOPİK DOUBLE PIGTAIL PLASTIK DRENAJ STENTİ

Açıklama : ENDOSKOPİK DOUBLE PIGTAIL PLASTIK DRENAJ STENTİ

1. Stent 3-12 cm. uzunluğunda ve dış çapı 7-10 F olmalıdır

2. Stentin her iki ucu pigtail şeklinde olmalıdır

3. Her iki uçta eşit sayıda delikler bulunmalıdır

4. CE belgeli olmalıdır

5. Her 3 (üç) sette bir adet itici (pusher) olmalıdır.

6. İhale öncesinde klinikten uygunluk alınmalıdır

7. GENEL ÖZELLİKLER

7.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

7.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.

7.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.

7.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nin ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.

7.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.

7.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.