DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20266970

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **12/11/2026** **TARİHİ, SAAT** **17:00** **'E/A KADAR** **EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI** TEKLİFLERİNİ **(KDV HARİÇ)** ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

	ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR	
1	U TABANLI MIKROPLAT DIBI	50,00	ADET
2	CAM 16X100 VIDALI KAPAKLI TUP (GENIS AGIZLI)	1.000,00	ADET
3	TEE PROBU ICIN DEZENFEKTAN SOLUSYONU (YUKSEK DUZEY DEZENFEKTAN SOLUSYON)	10,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 150 GÜN

TEKLİF NO : 20266970

NOT : 20266970 NO LU TEKLIF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : SEZER DEMİR

TEL :

E-MAIL : sezer.demir@deu.edu.tr

***Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

293.0112.000	U TABANLI MIKROPLAT DIBI	ADET	50
293.0280.000	CAM 16X100 VIDALI KAPAKLI TUP (GENIS AGIZLI)	ADET	1000
298.0627.000	TEE PROBU ICIN DEZENFEKTAN SOLUSYONU (YUKSEK DUZEY DEZENFEKTAN SOLUSYON)	ADET	10

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11939) TEE PROBU ICIN DEZENFEKTAN SOLUSYONU (YUKSEK DUZEY DEZENFEKTAN SOLUSYON)

Açıklama : TEE PROBU ICIN DEZENFEKTAN SOLUSYONU (YUKSEK DUZEY DEZENFEKTAN SOLUSYON)

1. Solüsyon sadece aktif 0,5 ortofitalaldehit içermelidir.

2. Ürünün geçerli TİTUBB/ÜTS ruhsatı bulunmalı, teklifle birlikte aslı ya da onaylı olarak sunulmalıdır.

3. Formaldehit, fenol ve fenol bileşenleri içermemelidir.

4. Solüsyonun malzemeler ile teması sonucu en geç 12 dakika içinde yüksek düzey dezenfeksiyonu sağlayabilmelidir.

5. Ürün, aktive edildikten sonra pH'nın alkali 7,2 olması gerekmektedir.

6. Mikrobiyolojik etkinlik raporları sunulmalıdır.

7. Solüsyon, tüm tıbbi cihazların ürün tiplerine uygun olmalı, hasar vermemeli, korozyon oluşturmamalıdır.

8. Hoş olmayan ve çalışmayı engelleyici koku içermemelidir.

9. Solüsyonun görünümü berrak olmalıdır.

10. 3,8 lt. orijinal kapaklı HDPE bidonlarda kullanıma hazır olarak sunulmalıdır (Aktive edilen ürünler hariç). Kullanım öncesi gerekli pH'ın ayarlanması için aktivatörü ile birlikte verilmelidir.

11. Ürünün kullanım süresi dolduğunda bertarafı için her 3,8 lt'lik bidon için yeterli miktarda inhibitör madde ürünle birlikte paketli olarak teslim edilmelidir.

12. Bidon kapağı açıldıktan sonra ve organik atıklar ile bir araya geldiğinde pH'ı bozulmamalı ve stabil kalmalıdır.

13. Ürün etkinliğinin ölçülebilmesi için "minimum etkili konsantrasyonu" belirleyen test stripleri (3,8 litrelik bidon başına 10 adet) ücretsiz olarak sunulmalıdır. Test stripleri ürüne özel, lot numaralı ve kullanım süresi belirtilmiş olmalıdır.

14. Ürün ve ücretsiz striplerle birlikte, 1 adet PVC kaplı kullanım kılavuzu ve renk tablosu mutlaka bırakılmalıdır.

15. Solüsyonda depolama süresince tortu ya da çökelti oluşmamalıdır.

16. Ürünün en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.

17. Kullanım süresi (açılmamış orijinal ambalajda, açılmış ambalajda ve seyreltilmiş üründe) belirtilmelidir.

18. Ürün ile ilgili güvenlik bilgileri ve kullanım kılavuzu birlikte sunulmalıdır.

19. Değerlendirme için 3 adet 3,8 lt. orijinal ürün ile birlikte aktivatör, test stripleri, renk skalası, inhibitör ve istenen bilgileri içeren yalnızca bu ürüne özel eksiksiz bir dosya sunulmalıdır.

20. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecek ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından onaylanacaktır.

21. Ürünlerin depoya teslimi sırasında Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından gerekli görüldüğü taktirde komitenin belirteceği bir laboratuvardan ücreti firmaya ait ve alınacak miktarın %1'ini geçmemek kaydıyla analiz yaptırılacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

22. İSTENİLEN BİLGİLER

23. Stabilite Bilgileri :

23.1. a. Etken ve yardımcı maddelerde, bitmiş üründe stabilite testleri, şartları, kontrol yöntemleri, sonuçları ve değerlendirilmesi.

23.2. b. Ürünün kullanma süresi ve saklama koşulları

24. 1. Prospektüs Bilgileri :

24.1. a. Ticari adı,

24.1. b. Formül mg/lt ya da % olarak,

24.2. c. Etkiye ilişkin bilgi (etkili olduğu hedef mikroorganizmalar),

24.3. d. Kullanım yeri ve buna göre düzenlenen talimat (şekil, yol, dilüsyon, zaman vs),

24.4. e. Kullanılması sakıncalı yollar,

24.5. f. İstenmeyen etkileri,

24.6. g. Diğer maddeler ile etkileşimleri

24.7. h. Özel saklama şekli,

24.8. i. Kullanıcılar için gerekli uyarılar ve korunma yöntemleri

24.9. j. LD 50 değeri,

24.10 k. Zehirlenme belirtileri, tedavisi varsa özel antidotu (gerektiğinde Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) ücretsiz 114 nolu özel telefonu arama uyarısı)

24.11 l. Kullanma süresi (açılmamış orijinal ambalajda, açılmış ambalajda ve seyreltilmiş üründe)

24.12 m. İzin sahibi firma adı adresi (ithal ürün prospektüslerinde üretici firma adı ve adresi) belirtilmelidir,

24.13 n. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

25. 2. Etiket ve Ambalaj Bilgileri :

25.1. a. Ticari adı,

25.2. b. İmalatçı ve ithalatçı adı-adresi

25.3. c. Etken madde adı (INN)

25.4. d. Ruhsat tarihi ve sayısı

25.5. e. Etken madde adı ve miktarı (mg/lt ya da % olarak)

25.6. f. Kullanım amacı ve kullanım talimatı

25.7. g. Üretim ve son kullanım tarihi

25.8. h. Seri no

25.9. i. Miktar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

25.10j. Genel uyarılar ve sınıfa uygun tehlike uyarı işareti

25.11k. LD 50 değeri

25.12i. Zehirlenme belirtileri, tedavisi varsa özel antidotu ve uyarı yazısı

25.13m. Barkod.

26. 10 günden uzun süreli etkisi olmalıdır.

(4179) U TABANLI MIKROPLAT DIBI

Açıklama : U TABANLI MIKROPLAT DIBI

1. 96 delikli olmalıdır.

2. Şeffaf olmalıdır.

3. Kuyucuklar U tabanlı olmalıdır.

4. Saf polistirenden üretilmiş olmalıdır.

5. Gama ışınları ile steril edilmiş olmalıdır.

6. Ürün ambalajlı olup üzerinde barkot basılmış olmalıdır.

7. Üretici firma laboratuvarda denenmek ve şahit numune olarak saklamak için numune temin etmelidir.

(5710) CAM 16X100 VİDALI KAPAKLI TÜP (GENİŞ AĞIZLI)

1. Dayanıklı borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.
2. Vida kapakları tam sızdırmaz olmalıdır.
3. Tüpün vidalı başının içi min. 15 mm olmalıdır.
4. Kapaklı halde otoklavlanabilmelidir.
5. Bakteriden arındırılmış olmalı, aseptik koşullarda paketlenmelidir.
6. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
8. Üretici firma laboratuvarda denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.