DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20266862 **İLAN** **06/11/2026 00:00:00**

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ, **TEKLİF ALMA SURETİYLE** SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **10/11/2026 TARİHİ, SAAT** **10:00** ' E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ΕΛΔΕΝ GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

	MAL / HİZMET	MİKTAR		İSTEK NEDENİ
1	TAM OTOMATIK CERRAHI ALET YIKAMA DEZENFEKSIYON VE KURUTMA CIHAZI BAKIM ONARIMI	1,00	ADET	cihaz arızalı su sevyesi kartı arızalı

Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 220000457
REFERANS NO: RF22000457
DEMIRBAŞ ADI: TAM OTOMATIK CERRAHI ALET YIKAMA , DEZENFEKSIYON VE KURUTMA CİHAZI (STERIS / AMSCO -7053)
MARKA-MODEL: STERIS AMSCO-7053
SERI NO: 3630121008
Ayn No: 88863Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: MELİKE DURAN - 22/10/2025
BULUNDUĞU YER: MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ(STERILIZASYON ÜNITESI)
TEDARİKÇİ ADI: İSTEM TIBBİ CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ALIM FIYATI: 956880
GARANTİ: H - (01/04/2022 - 01/04/2025)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: 2022 - 4738
GARANTÖR ADI:.

Arıza No : 501015

TEKLİF NO 20266862

ÖDEME SÜRESİ **90**

NOT : TAM OTOMATIK CERRAHI ALET YIKAMA DEZENFEKSIYON VE KURUTMA CIHAZI BAKIM ONARIMI

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0861.001	TAM OTOMATIK CERRAHI ALET YIKAMA DEZENFEKSIYON VE KURUTMA CIHA	**ADET**	**1**

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14735) TAM OTOMATIK CERRAHI ALET YIKAMA DEZENFEKSIYON VE KURUTMA CIHAZI BAKIM ONARIMI

Açıklama : TAM OTOMATIK CERRAHI ALET YIKAMA DEZENFEKSIYON VE KURUTMA CIHAZI BAKIM ONARIMI

1. **Arızalı cihazın bakım ve onarımını gerçekleştirecek firma; üretici tarafından yetkilendirilmiş servis olabileceği gibi, sterilizasyon cihazlarının bakım ve onarım hizmetlerini gerçekleştirebilecek teknik altyapıya ve eğitimli teknik personele sahip bağımsız teknik servis firması da olabilir.**
2. **Bakım ve onarım hizmetini gerçekleştirecek firmanın, TS 12426 (09.12.2016) ?Yetkili Servisler - Tıbbi Cihazlar - Kurallar? standardına ve/veya TS 13703 standardına uygun, hizmetin kapsamını karşılayan geçerli Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir.**
3. **Bakım ve onarım hizmetinin zamanında ve etkin şekilde yürütülebilmesi amacıyla, yüklenicinin İzmir ili sınırları içerisinde hizmet verebilecek teknik personel veya servis organizasyonuna sahip olması gerekmektedir.**
4. **Bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirecek teknik personelin, ilgili cihazların bakım ve onarımına yönelik üretici ve/veya distribütör firması, yetkili eğitim kuruluşu veya ilgili teknik eğitim kuruluşları tarafından verilmiş eğitim belgesine veya mesleki yeterliliğini gösteren belgelere sahip olması gerekmektedir.**
5. **Yüklenici, bakım ve onarım hizmetini kendi teknik personeli veya teknik sorumluluğu altında çalışan yetkin personel aracılığıyla gerçekleştirecektir. Hizmetin başka bir firma tarafından yürütülmesi gerektiğinde İdarenin onayı alınacaktır.**
6. **6. GARANTİ VE ARIZA MÜDAHALE SÜRESİ**

   6.1. Yüklenici, gerçekleştirilen onarım kapsamında yapılan işçilik ve değiştirilen yedek parçalar için en az 6 (altı) ay garanti verecektir. Sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Kapı contaları, kullanıcı kaynaklı yırtılmalar dışında garanti kapsamında değerlendirilecektir.

   6.2. Garanti süresi içerisinde işçilik veya değiştirilen parçalardan kaynaklanan arızalar, servis ücreti, işçilik ücreti, yol gideri veya ilave bedel talep edilmeksizin giderilecektir.

   6.3. Garanti kapsamındaki arıza bildirimlerine yüklenici tarafından en geç 24 saat içerisinde müdahale edilmesi esastır. Müdahale, arızanın niteliğine göre yerinde veya İdarenin uygun göreceği yöntemle gerçekleştirilecektir.

   6.4. Garanti süresi içerisinde aynı arızanın üçüncü kez tekrarlanması veya yapılan onarımın kalıcı çözüm sağlamadığının İdarece değerlendirilmesi halinde, arızaya neden olan parça veya ekipman yüklenici tarafından ilave bedel talep edilmeksizin yenisiyle değiştirilecektir.
7. **7. ARIZA TESPİTİ VE İNCELEME**

   7.1. İstekli firma, cihazın arıza tespitini cihazın bulunduğu alanda gerçekleştirecektir.

   7.2. Cihaz üzerinde inceleme yapılması gerektiğinde işlem, kullanıcı personel veya ilgili birim tarafından görevlendirilen personel gözetiminde gerçekleştirilecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

8. **8. ONARIM VE TESLİM**

8.1. Onarım kapsamında tespit edilen ve cihazın güvenli ve işlevsel çalışmasını etkileyen arızalar giderilmelidir.

8.2. Onarım kapsamında belirlenen işlemler tamamlanmadan kısmi onarım tamamlanmış kabul edilmeyecektir.

8.3. Onarım sonrasında yapılan işlemleri, değiştirilen parçaları ve gerçekleştirilen kontrolleri gösteren teknik servis formu veya teknik servis raporu İdareye teslim edilecektir.

8.4. Teslim sırasında cihazın fonksiyonları, kullanıcı personel veya ilgili birim tarafından kontrol edilecek ve uygun bulunması halinde teslim alınacaktır.

8.5. Onarım hizmeti, İdarenin onay tarihinden itibaren İdarece belirlenen süre içerisinde tamamlanacaktır. Yurt dışından parça temininin gerekli olduğunun belgelenmesi halinde, İdarenin uygun görmesi şartıyla süre uzatılabilecektir.

A.T