DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20266931 **İLAN** **09/11/2026 00:00:00**

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ, **TEKLİF ALMA SURETİYLE** SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **16/11/2026 TARİHİ, SAAT** **10:00** ' E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ΕΛΔΕΝ GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

	MAL / HİZMET	MİKTAR		İSTEK NEDENİ
1	FLEKSIBLE VIDEO BRONKOSKOP SISTEMI TAMIRI	1,00	ADET	AYB BRONKOSKOP GÖRÜNTÜ ALMIYOR

Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 200007315
REFERANS NO: RF20007315
DEMIRBAŞ ADI: VIDEO BRONKOSKOPI SISTEMI (STORZ / 11303BNXK)
MARKA-MODEL: STORZ 11303BNXK
SERI NO: 74455
Ayn No: 85070Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: FERİDE ÖZTÜRK - 12/11/2025
BULUNDUĞU YER: ANESTEZİ YOĞUN BAKIM(ANESTEZI YOĞUN BAKIM)
TEDARİKÇİ ADI: GENTEK MEDİKAL VE TEKNİK CİHAZLAR TİCARET SANAYİ A.Ş.
ALIM FIYATI: 264600
GARANTİ: H - (11/12/2020 - 11/12/2023)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: 2020 - 9949
GARANTÖR ADI:.

Arıza No : 500725

TEKLİF NO 20266931

ÖDEME SÜRESİ **90**

NOT : FLEKSIBLE VIDEO BRONKOSKOP SISTEMI TAMIRI

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0839.001	FLEKSIBLE VIDEO BRONKOSKOP SISTEMI TAMIRI	**ADET**	**1**

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12658) FLEKSIBLE VIDEO BRONKOSKOP SISTEMI TAMIRI

Açıklama :FLEKSIBLE VIDEO BRONKOSKOP SISTEMI TAMIRI

1. **Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.**
2. **İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya İlgili Birim yapacaktır.Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı ilgili birime teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.**
3. **İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihaz üzerinde inceleme yapmak isterse; cihazın kullanıcı personeli veya İlgili Birimin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.**
4. **İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.**
5. **İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.**
6. **Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
7. **Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.**
8. **Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veyaİlgili Birimin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.**
9. **Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren idare tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.**

A.T