DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20266964 **İLAN** **10/11/2026 00:00:00**

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ, **TEKLİF ALMA SURETİYLE** SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **12/11/2026 TARİHİ, SAAT** **14:00** ' E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ΕΛΔΕΝ GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

	MAL / HİZMET	MİKTAR		İSTEK NEDENİ
1	SIRAMATIK CAGRI SISTEMI TAMIRI	1,00	ADET	poliklinik girişte bulunan kan alma biriminin sıra matik arızalı sıra vermiyor acil yapılması gerekir

Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 090001643
REFERANS NO: RF09001643
DEMIRBAŞ ADI: SIRAMATIK(QMATIK) SISTEMI (2AD ANA GOSTERGE,14AD LOKAL GOSTERGE,1AD ANA KONTROL UNITESI,17AD CAGRI UNITESI,1AD BILET MAKINASI)
MARKA-MODEL: STEP Q MATIK
SERI NO: 0000
Ayn No: 32449Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: SEZER UYSAL - 11/02/2025
BULUNDUĞU YER: MERKEZ LABORATUVARI(MERKEZ LABORATUVARI)
TEDARİKÇİ ADI: STEP ELEKTRONIK SAN. VE TIC. LTD.STI.
ALIM FIYATI: 8024
GARANTİ: H - (28/08/2009 - 28/08/2012)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: 2009 - 35718
GARANTÖR ADI:.

Arıza No : 503139

TEKLİF NO 20266964

ÖDEME SÜRESİ **90**

NOT : SIRAMATIK CAGRI SISTEMI TAMIRI

MÜRACAT : HATICE ACAR

E_MAIL hatice.acar@deu.edu.tr

TEL :

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0251.001	SIRAMATIK CAGRI SISTEMI TAMIRI	**ADET**	**1**

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12739) SIRAMATIK CAGRI SISTEMI TAMIRI

Açıklama :SIRAMATIK CAGRI SISTEMI TAMIRI

1. **Arızalı cihazın tamirini yapacak olan firmalar klinik mühendislik tarafından imzalanmış Arıza tespit formunu satınalma birimine teslim edeceklerdir.**
2. **Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) onarım yapılan cihaz ve/veya yedek parça değişimi yapılan malzemeler için en az 1(bir) yıl garanti taahhütnamesi verecektir.**
3. **İstekli firma cihazın arıza tespitini bölümde veya Klinik Mühendislik Biriminde yapacaktır.Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise Klinik Mühendislik tarafından teslim tutanağı düzenlenecek ve firma yetkilisi cihazı klinik mühendislikten teslim edilecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.**
4. **İstekli firma; arıza tespiti yaparken bulunduğu alanda yapabiliyorsa cihazın kullanıcı personeli veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirecektir.Yapamıyorsa hastane idaresinin onay vermesi halinde kendi servisinde arıza tespiti yapacaktır.**
5. **İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde düzenlediği teknik servis arıza tespit formunda belirtilecek ve ayrıca fiyat teklifi ile birlikte hastane idaresine ibraz etmelidir.**
6. **Firma sipariş almadan onarım yapmamalıdır, yapması durumunda; oluşabilecek olumsuz durumlar için tutanak tutularak cezai işlem başlatılır.İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa fonksiyonel kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.**
7. **Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
8. **Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.**
9. **Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya Klinik Mühendislik Biriminin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.**
10. **Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.**

N.A